

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
27.10.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinin **NEFROLOJİ A.D.** ünitesine ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	SERTLİK SU ANALİZİ KİTİ	2 ADET	
	TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMEYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK NUMUNESİ GETİRİLEMeyecek CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının **en geç 10/11/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

Mail: Satinalma1@erciyes.edu.tr

TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

DİYALİZ ÜNİTESİ SU ARITMA SİSTEMİ SU ANALİZ KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Suya sertlik veren madde miktarlarını Fransız sertlik derecesine göre ölçümleyebilen yapıda gerekli solüsyonları içermelidir.
- 2.Suda bulunan serbest klor miktarını ölçebilen gerekli solüsyonları içermelidir.
- 3.Suyun ph değerini ölçebilen gerekli solüsyonları içermelidir.
- 4.Çeşme suyu ve saf su kullanımına uygun sertlik,ph ve klor kiti olacak şekilde üç ayrı kit olmalıdır.
- 5.Her üç test içinde test ekipmanları verilmelidir.
- 6.Kullanım klavuzu olmalı ve ölçüm değerleri klavuzda yer almalıdır.
- 7.Solüsyon kaplarında lot numarası ve solüsyonun son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.
- 8.Son kullanım tarihi içinde kullanılamayan kitlerin 3 ay kala yeni tarihli kitler ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

Prof. Dr. Bülent TOKGÖZ
İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzm.
Dip. No: 57339-35425
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Prof.Dr. Murat Yavuz SİPANOĞLU
Nefroloji Bilim Dalı
Dip Tes No: 66270
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi