

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
27.10.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinin **GÖZ HASTALIKLARI A.D.** ünitesine ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	KONFOKAL MİKROSKOP BAŞLIĞI	50 ADET	
2	UBM ULTRASON PROBU KILIFI	20 ADET	
	TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK NUMUNESİ GETİRİLEMİYEN CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYELERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **10/11/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

Mail: Satinalma1@erciyes.edu.tr

TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

UBM ULTRASON PROBU KILIFI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kliniğimizde kullanılan Quantel Medical Marka Aviso UBM Probuna uygun olacaktır.
2. UBM probunun ucuna takılarak UBM muayenesi yapmaya imkan verecektir.
3. Lineer hareketli UBM probuyla en net görüntüyü alabilecek şekilde şeffaf ve ince yapıda olmalıdır.
4. UBM muayenesi sırasında kılıfın içine doldurulmuş olan distile suyun dışarıya sızıntı yapmadan kullanılmasına imkan vermelidir.
5. Kılıf içine distile su koyulduktan sonra probun ucuna takılmalı ve kılıf probun ucunda yaklaşık 2 cm lik bir balon yapacak şekilde şişkin şekilde kalmalıdır.
6. Kılıflar latex malzeme içermemelidir.
7. Prob kılıfları tek kullanımlık olmalıdır.


ERCIYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GÖZ HASTALIKLARI A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Osman Ahmet POLAT
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No: 110897


Dr. Öğr. Üyesi Hidayet SENER
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 145076
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

KONFOKAL MİKROSKOP BAŞLIĞI (TOMOCAP) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Başlık hastanede mevcut bulunan HRT II/3 cihazında kullanılan Rostock Kornea Modülü için üretilmiş olmalıdır.
2. Başlık Rostock Modül kamerasına herhangi bir adaptöre ihtiyaç duyulmaksızın kolayca takılabilir olmalıdır.
3. Başlık PMMA materyalden imal edilmiş olmalıdır.
4. Başlığın kutusu üzerinde steril ömrü yazmalıdır.
5. Başlık tek kullanımlık olmalıdır.
6. Başlık, 50 adet steril paket ihtiva eden 1 kutu olacak şekilde teslim edilmelidir.

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GÖZ HASTALIKLARI A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Osman Ahmet POLAT
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No: 110607

Dr. Öğr. Üyesi Hilal ŞENER
Göz Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 145076
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri