

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00

KAYSERİ
01.11.2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinin **CERRAHİ MALZEME ANA DEPO** ünitesine ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	AİRWAY 0	100 ADET	
2	AİRWAY 1	100 ADET	
3	AİRWAY 2	150 ADET	
4	ANESTEZİ MASKESİ NO:3	200 ADET	
5	CVP KATETERİ 1 YOLLU 5F 20CM	100 ADET	
6	CVP KATETERİ 3 YOLLU 8.5F 13CM/16CM	50 ADET	
7	ENTÜBASYON TÜPÜ KAFLI NO:4	50 ADET	
8	ENTÜBASYON TÜPÜ KAFLI NO:5	50 ADET	
9	ENTÜBASYON TÜPÜ KAFLI NO:6.5	50 ADET	
10	FLEX Tüp MOUNT KATETER	100 ADET	
11	NELATON SONDA NO:16 (TURUNCU)	300 ADET	
12	SPİNAL İĞNE NO:20 (SARI)	400 ADET	
	TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN		

	TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK NUMUNESİ GETİRİLEMeyecek CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının **en geç 23/11/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

Mail: Satinalma1@erciyes.edu.tr

TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

AIRWAY TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Anatmik kıvrımlı olmalıdır.
2. Nontoksik, kanamaya neden olmayacak sertlikteki tıbbi PVC'den yapılmış olmalı
3. Travma oluşturmeyen yuvarlatılmış yumuşak kenarlara sahip olmalı, mukozaya zarar vermemeli
4. Aspiratör kateteri geçişine uygun ısırma bloğu bulunmalı
5. Renk kodu bulunmalı
6. Ambalaj tekli, temiz paketlerde olmalı
7. ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı ve CE'ye uygunluğunu belgelendirmelidir.
8. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, barkodu ve ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
9. Malzeme, depoya teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat'lı olmalıdır.

Doç. Dr. Ayşe ÜLGEY
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Dip. No: 5577 Tescil No: 3082
Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Prof. Dr. Kudret DOĞRU
Dip. No: 5577 Tescil No: 5577
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

ANESTEZİ MASKESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Anestezi maskesi tek kullanımlık olmalıdır.
2. Maskenin yüzeyi hasta ile tam temas etmelidir.
3. Hastanın vital fonksiyonlarını rahatça izleyebilmek için şeffaf olmalıdır.
4. Hastanın rahatı ve yüz yapısına uygun olabilmesi için, valfli bir hava yastığı bölümü olmalı ve bu bölüm istenilen oranda havayla doldurulabilmelidir.
5. Maske silikon ya da pvc den yapılmış olmalıdır.
6. Değişik boylarda temin edilmelidir. (00'dan 05'e kadar)
7. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, barkodu ve ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
8. Malzeme, depoya teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat'lı olmalıdır.

Doç. Dr. Ayşe ÜLGEY
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Dip. No: 28 17 Sicil No: 3082
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi

Prof. Dr. Erdem DOĞRU
Dip. No: 5696 Tescil No: 5577
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

CVP KATETERİ TEK LÜMEN 5F

1. Set içindeki kateter, tek lümenli, 5 Fr kalınlığında 20(+5)cm olmalıdır.
2. Kateter ucu çok ince lubrikasyonlu, kolay okunan uzunluk işaretli olmalıdır.
3. Kateter çift fiksasyonlu, ikinci emniyet kilitli ve radyoopak poliüretan olmalıdır.
4. Santral venöz ponksiyonu sağlayacak kateter kalınlığına uygun giriş iğnesi olmalıdır.
5. Kılavuz tel, J uçlu fleksible olmalıdır.
6. Kılavuz tel kılıf içinde olup tek parmakla ilerletmeye uygun olmalıdır.
7. Set içinde enjektör, bistüri ve dilatör olmalıdır.
8. CE uygunluk belgesi olmalıdır.
9. Kateter setlerinden bir örnek hasta üzerinde denenerek pratik kullanım kolaylığı kontrol edilerek karar verilecektir.
10. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, barkodu ve ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
11. Malzeme, depoya teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat'lı olmalıdır.

Doç. Dr. Ayşe ÜLGEY
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Dip. No: 5577 T.C. H No: 3082
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırma Merkezi

Prof. Dr. Emrol DOĞRU
Dip. No: 5585 T.C. H No: 5577
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

SANTRAL VENÖZ KATETER, İNFÜZYON, ÜÇ LÜMENLİ

6

SMT Temel İşlevi:	1. Kateter santral venöz dolaşıma erişimi kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Kateter uzunluğu 4F-4.5F-5F-5.5F için 5-20cm, 7F-7.5F-8F-8.5F için 15-20cm olmalıdır. 3. İğne uzunluğu kateter numarasına göre 38- 75mm arasında ve uluslararası renk koduna sahip olmalıdır. 4. Dilatatör uzunluğu 5-10cm arasında olmalıdır. Dilatatörün proksimal ucu rahat kavranmalı, uygun sertlikte olmalı ve J teli üzerinden rahatça ilerletilebilmelidir. Dilatatörün iç yüzeyi ile J teli arasında boşluk olmamalı, böylece dilatatörün ilerletilmesi sırasında araya doku parçası sıkışması engellenmiş olmalıdır. 5. Kateterin çapı ve uzunluğu ile uyumlu J kılavuz tel bulunmalıdır ve 10'ar cm lik uzunluk çizgilerine sahip olmalıdır. 6. Kateteri sabitlemek için 1-3 adet fiksasyon klempsi bulunmalıdır. 7. Kateter poliüretan materyalden üretilmiş olmalı ve radyopak olmalıdır. Böylece damar içerisinde bulunduğu sürece üzerinde biyofilm tabakası oluşumunu geciktirerek enfeksiyon riskini azaltmalıdır.
Teknik Özellikleri:	8. Kateterin uca açılmayan lümenlerinin çıkışlarında ölü boşluklar bulunmamalıdır. Eğer ölü boşluklar varsa silikonla kapatılmış olmalı, buralarda kan birikmesine ve enfeksiyon etkenleri için besiyeri oluşturmaya neden olmamalıdır. 9. Kateter hasta üzerinde en az 30 gün kalabilmelidir. 10. Setin içerisinde bir ucu J diğer ucu düz 2 taraflı kılavuz tel hiçbir suretle kink yapmayan uygun materyalden yapılmış olmalı, ponksiyon kateterinden engelsiz ilerletilebilmeli, ucu iğneye takılmamalıdır.
Genel Hükümler:	11. Malzeme steril ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir.

Doc. Dr. Ayşe ÜLGEY
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Dip. No: 5695 T.C. Sicil No: 3082
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırma Merkezi

Doc. Dr. Mustafa DOĞAN
Dip. No: 5695 T.C. Sicil No: 5577
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

ENTÜBASYON TÜPÜ ŞEFFAF KAFLI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüpler tek kullanımlık steril tekli paketlerde olmalıdır.
2. Tüp nontoksik ve Apirojen özellikli olmalıdır.
3. Tüp Polivinilklorür (PVC) den yapılmış olmalıdır.
4. Vücut içine giren kısmın seviyesini (uzunluğunu) gösterir işaret olmalıdır.
5. Konnektör tüp ile tümleşik olmalıdır.
6. Kaflı, oral-nasal kullanımlara uygun olmalıdır.
7. Tüpün ucunda murphy deliği olmalıdır.
8. Düşük basınçlı Balonlu olmalıdır.
9. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, barkodu ve ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
10. Teklif edilen ürünler için deneme numunesi verilecektir.
11. Malzeme, depoya teslim tarihinde itibaren en az 2 yıl miat'lı olmalıdır.

Doç. Dr. Ayşe ÜLGEY
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Dip. No: 63317 Sicil No: 3082
Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Prof. Dr. Kadir DOĞRU
Dip. No: 5595 Tescil No: 5577
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

FLEX TUBE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hamilton flow sensöre uyumlu 15 mm female x 15 female konnektörü olmalıdır.
2. Üzerinde sampling portu olmalıdır.
3. Yeterince hareketli ve esnek olmalıdır.
4. Disposable, PVC maddeden yapılmış olmalıdır

Doc. Dr. Arse ULGEY
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Dip. No: 5385 Tescil No: 3062
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Prof. Dr. Tugra DOĞRU
Dip. No: 5385 Tescil No: 5577
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

NELATON SONDA ŞEFFAF (NO:8-10-12-14-16) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Büküldüğünde kırılmayan ve kanamaya neden olmayan sertlikte olmalı, rotasyonel hareketleri rahat yapılabilir özellikte olmalı
2. Non toksik ve apirojenik özellikte tıbbi PVC den üretilmeli
3. Paket üzerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olmalı
4. Uç kısmı kapalı,yuvarlatılmış ve atravmatik olmalı
5. Uç kısmına yakın çapraz yerleştirilmiş doku emilimini önleyen iki yan delik bulunmalı
6. Boyutları kolayca tanımlanan renk kodlu konnektör olmalı ve kolay yerleştirmeyi sağlayıcı sertlikte olmalı
7. Konnektör konik şekilde olmalı ve çift-tek taraflı çam ağacına uyumlu olmalı
8. Şeffaf ve tek kullanımlık olmalı
9. Steril edilmiş özel ambalajında olmalı, sterilitiyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir özellikte olmalı
10. Oral ve nazal kullanıma uyumlu olmalı,
11. Yüklenici firma şartnameye uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır.
12. Ürün; T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve istekli firma tarafından onaylı olduğu belgelendirilmelidir.Uzerinde lot numarası, son kullanma tarihi ve steril bilgileri bulunmalıdır.
13. Malzeme,depoya teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat'lı olmalıdır.

Doç. Dr. Ayşe ÜLGEY
Dip. No: 5595 Tes. No: 5577
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Doç. Dr. Ayşe ÜLGEY
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Dip. No: 5595 Tes. No: 5577
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

SPİNAL İĞNE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Steril, tekli paketlerde olmalı
- 2.Spinal iğne olarak dizayn edilmiş olmalı
- 3.Minimal travma edici özellikte olmalı
- 4.İğnenin içinde arka tarafı sert plastikten metal stilesi olmalı
- 5.Renk kodlu ve steril ambalaj içinde olmalı
- 6.Ambalajı üzerinde ürün lot numarası, son kullanma tarihi yazılı olmalı ve depo tesliminden itibaren 2 yıl miyadlı olmalı
- 7.ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı ve CE ye uygunluğu belgelendirilmelidir
8. Teklif edilen ürünler için deneme numunesi verilecektir.

Doç. Dr. Tamer Taşkın
Dip. No: 6694 Tescil No: 3377
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Doç. Dr. Ayşe ÜLGEY
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Dip. No: 6697 Tescil No: 3062
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri