

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
09.11.2022

KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinin **GÖĞÜS CERRAHİ A.D.** ünitesine ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	İNSİZYON KORUYUCU EKARTÖR SİSTEMİ (S)	30 ADET	
2	İNSİZYON KORUYUCU EKARTÖR SİSTEMİ (XS)	30 ADET	
	TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK NUMUNESİ GETİRİLEMİYEN CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYELERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **21/11/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

Mail: Satinalma1@erciyes.edu.tr

TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

İNSİZYON KORUYUCU EKARTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Malzeme her türlü açık cerrahi operasyonunda insizyon yapılan noktada yara dudaklarını korumak ve ekartasyon sağlamak amacıyla dizayn edilmiş olmalıdır.
- İstenildiği takdirde küçük ve orta boyları laparoskopik operasyonlar da ek port olarak kullanılabilir.
- Malzeme proximal ve distalinde poliüretane halkaya sahip olmalıdır.
- Kolay katlama ve kullanım amacıyla distalde bulunan halka esnek, proximalde bulunan halka sert yapıda olmalıdır.
- Malzeme iki halka arasında bulunan koruyucu ekartör kısmı en az 50 mikron kalınlığında poliüretane filminden mamul olmalı ve üst ve alttaki kasnaklara sıkıca geçirilmiş şekilde olmalıdır.
- Malzeme 360° a travmatik retraksiyon sağlamalıdır. Yara enfeksiyon riskini minimize etmelidir.
- Malzeme retraksiyon gücünü eşit olarak dağıtmalı ve doku travması ve ağrı riskini minimuma indirmelidir.
- Çalışma alanı ve yara dudaklarını enfeksiyona karşı korumalı ve görünürlüğü arttırmalıdır.
- Malzeme kesi bölgesindeki nemi koruyarak yara dudaklarının daki nekrozu önlemelidir.
- Malzeme yara dudaklarında görsellik sağlayabilecek şekilde transparan olmalıdır.
- Her türlü operasyonda kullanılabilir. Uygulandığı bölgenin duvar kalınlığına göre ayarlanabilir olmalıdır.
- Hızlı ve zahmetsizce kurulabilmeli ve kolayca çıkarılabilir.
- Malzeme az bir kesi boyutuyla maksimum etki sağlamalı böylece ekartasyon ihtiyacı için ek personel ihtiyacını azaltmalıdır.
- Malzeme XXS, XS, S, M, L, XL VE XXL ebatlarında tedarik edilebilir.
- Malzeme deformasyonun önlenmesi amacıyla sert blister ambalaj içerisinde paketlenmiş olmalı ve insizyone batı ölçümüne yarar bir ölçüm enstrümanı içermelidir.
- Uygulandığı bölgeden kolay şekilde çıkarılabilmesi için alt halkaya bağlı geri çekme suturu bulunmalıdır.
- İhaleye iştirak eden firmalar teknik şartnamenin her maddesine yazılı cevap verecektir.
- Deneme ve uygunluk için numune görülecektir.

Doç. Dr. Ömer ÖNAL
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 84010 Dip. No: 12220
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Prof. Dr. Leyla HASDIRAZ
Göğüs Cerrahisi A.D.
Dip. No: 1202
Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi