

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
09.11.2022

KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinin **RADYOLOJİ A.D.** ünitesine ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	ULTRASON JELİ	200 ADET	
	TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK NUMUNESİ GETİRİLEMİYEN CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının **en geç 21/11/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

Mail: Satinalma1@erciyes.edu.tr

TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

ULTRASON JELİ (ULTRASON TRANSMİSYON JELİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Ultrason jeli formaldehit, tuz veya herhangi bir toksik madde içermemeli.
- 2- Ultrason jeli su bazlı olmalı. Yağ ve yağlı madde içermemeli.
- 3- Ultrason jeli ultrason cihazlarının problarda kalıntı ve hasar oluşturmamalıdır.
- 4- Ultrason jeli 1.000 ml'lik kutularda olmalıdır.
- 5- Ultrason jeli şeffaf olmalı.
- 6- Ultrason jeli geniş spektrumdaki tüm frekanslar için akustik olarak doğru sonuç vermeli.
- 7- Ultrason jeli hipoalerjik olmalı.
- 8- Ultrason jeli bakteristatik olmalı ve sensitiviteye yol açmayan formülden oluşmalı.
- 9- Kokusuz olmalı.
- 10- Hava kabarcığı içermemeli.
- 11- Cilt veya kıyafetlerde boyama yapmamalı.
- 12- AT Sertifikası/Sertifikalari (EC Certificate) mutlaka bulunmalıdır.
- 13- Viskozite ortalama 80,000 olmalı.
- 14- Ph oranı 7 olmalı,
- 15- Etiketli yıpranmayan-çıkmayacak şekilde olmalı.
- 16- Koli üzerinde üretici firma ve ürün bilgileri olmalı.
- 17- Ürün CE kalite belgesine sahip olmalı.
- 18- Ürünün akredite kuruluştan dermatolojik testleri yapılmış olmalı.
- 19- Üretici firma ISO 9001-2000 kalite belgesine sahip olmalıdır.
- 20- Raf ömrü 70 derecede stabil olmalı ve en az 12 ay miatlı olmalıdır.

Prof. Dr. Ayhan KARATOPRAK
Radyasyon Fizik A.B.D.
Etiler Sıhhiye Fakültesi Hastaneleri

Uygunda
Doç. Dr. H. HANCI
Radyasyon Fizik A.B.D.
Dip. Tesisat No: 6812/5 - 103126
Etiler Sıhhiye Fakültesi Hastaneleri