

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
09.11.2022

KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinin **DERMATOLOJİ A.D.** ünitesine ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	DİSPOSABLE BİYOPSİ PUNCH 3 NOLU (3MM)	50 ADET	
2	DİSPOSABLE BİYOPSİ PUNCH 4 NOLU (4MM)	100 ADET	
3	MEZOTERAPİ İĞNESİ (İKT MESBIO U 225)SİZE:30GX12MM REF NO:MESBIO030	1250 ADET	
4	VAKUMLU 10MM BOŞ TÜP	1250 ADET	
5	PLATELET RİCH PLAZMA TÜPÜ (PRP)	1250 ADET	
6	TEST CHAMBER (DERİ YAMA TESTİ BANDI)	1250 ADET	
	TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK NUMUNESİ GETİRİLEMİYEN CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		

J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		
---	--	--	--

NOT: Teklif mektuplarının **en geç 23/11/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

Mail: Satinalma1@erciyes.edu.tr

TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

DİSPOSABLE BIOPSY PUNCH TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tek kullanımlık olmalıdır.
2. Steril olmalıdır.
3. Deri biyopsisi için uygun olmalıdır.
4. Silindir şeklinde olmalıdır.
5. Keskin bıçaklı olmalıdır.
6. Kullanım sırasında elle kontrolü kolay olmalıdır.

Prof. Dr. Murat BORLU
Dermatoloji A.D.
Dip. No: 1674 T.C. No: 87345
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Doç. Dr. Mehmet Akın Çiğ
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Sic. No: 118 T.C. No: 118
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

MEZOTERAPİ SETİ ŞARTNAMESİ

- 1)Ürün tekli ambalajlarda steril olmalı
- 2)Ölçüleri 30G/12Mm ve 32G/12Mm boyutlarında olmalı
- 3)Saç ,yüz ve vücut uygulaması için uyumlu yapıya sahip olmalı
- 4)Ambalajların üzerinde son kullanma tarihi bulunmalı
- 5)CE belgeli ürün olmalı
- 6)Deriye kolay girmeli en az acıya sebebiyet veren işlemlerin hızlı ve yapılmasına elverişli olmalı
- 7)Çoklu enjeksiyonlarda körelme ,takılma sıkıntısı yaşatmamalı
- 8)Mezoterapi ürünleri kullanılmakta iken tıkanmaya neden olmayıp,akışkanlığı engellememeli

NOT: Mezoterapi tedavisine
uyumlu set halinde
olmalıdır

Prof. Dr. Murat BORLU
Dermatoloji A.D.
Dip. No: 1674 Tes. No: 87345
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Doç. Dr. Salih Levent CİNAR
Deri ve Zührevi Hastalıkları A.B.D.
Sic. No: 9256 - Dip. Tes. No: 1766
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

VAKUMLU,BOŞ,STERİL PLASTİK TÜP TEKNİK

ŞARTNAMESİ

- 1)Tüpler 16 *100mm (9ml) boyutlarında ve 9 ml numune almalıdır.
- 2)Tüpler steril ve vakumlu olmalıdır.
- 3)Tüpler PolietilenTereftalat (PET) malzemedan imal edilmiş olmalıdır.
- 4)Tüplerin dibi yuvarlak olup santrifüj cihazına oturmalıdır.
- 5)Delinebilen kauçuk kapağının üstünde sert plastikten bir kapak daha yer almaktadır.Hemogard kapak denilen bu kapak tüpün kolay açılmasını sağlar ve numune ile temasa geçilmesi,kan sıçramasına karşı koruma sağlamalıdır.
- 6)Tüpler ISO6710 standartına göre ,beyaz renkli Hemogard kapaklı olmalıdır.
- 7)Tüplerin üzerinde etiket olmalıdır.
- 8)Tüplerin üzerinde ,tüpün katkı maddesi içermediği belirtilmiş olmalıdır.
- 9)Tüplerin üzerindeki etikette CE ve sterilite işareti, son kullanma tarihi ile lot numarası olmalıdır.

Prof. Dr. Murat BORLU
Dermatoloji A.D.
Dip. No: 1674 / Tes. No: 87345
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Doç. Dr. Salih Levent ÇINAR
Deri ve Zührevi Hastalıklar ABD.
Sic. No: 9256 / Dip. Tes. No: 119766
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Salih Levent ÇINAR
Deri ve Zührevi Hastalıklar ABD.
Sic. No: 9256 - Dip. Tes. No: 119766
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

PLATELET RICH PLAZMA (PRP) TÜPÜ TEKNİK ŞART NAMESİ

- 1) 2 ml 13*75 mm olmalıdır.
- 2) Acid citrat Dextroz içermelidir.
- 3) Hazırlanan komponent (trombosit)vücut içi kullanıma uygundur.
- 4) Sarı kauçuk kapaklı vakumlu olmalıdır.
- 5) 100 adetlik kutuda olmalıdır.
- 6) Üzeride son kullanma tarihi olmalıdır.

Prof. Dr. Murat BORLU
Dermatoloji A.B.D.
Dip. No: 1574 Tes. No: 7345
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Doç. Dr. Behi Özyent ÇINAR
Deri ve Zührevi Hastalıklar ABD.
Sic. No: 9256 - Dr. No: 118766
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

DERİ YAMA TESTİ CHAMBER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Test chamber bir kutuda 500 bant olmalıdır.
- 2.Her bir bantta 10 tane odacık olmalıdır.
- 3.Sıvı ve katı alerjenler hiçbir işlem yapmadan kullanılmalı test odacıkları içinde filtre olmalıdır.
- 4.Atopi test yapılmasına uygun olmalıdır.
- 5.Alerji testi yapılacak kişilerin şampuan,krem,sabun,bulaşık deterjanı gibi kullandığı ürünlerin testi içinde uygun olmalıdır.
- 6.Bantlardaki yapışkan kağıt çıkarılmadan önce alerjenler odacıklara doldurulabilmelidir.
- 7.Test chamberlar nonalerjik olmalıdır.
- 8.Miyadları 2 yıldan az olmamalıdır.

Prof. Dr. Murat BORLU
Dermatoloji A.D.
Dip. No: 1574 Tes. No: 87345
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Doç. Dr. Salih Levent ÇINAR
Deri ve Zührevi Hastalıklar ABD.
Sic. No: 9257 - Mes. No: 114786
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi