

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
15.11.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinin **ÜROLOJİ A.D.** ünitesine ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	DOUBLE J KATETER 4,8FR 20CM	10 ADET	
2	DOUPLE J 4.8F 26CM	40 ADET	
3	DOUBLE J STENT SET 6FR 26CM	100 ADET	
	TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK NUMUNESİ GETİRİLEMİYEN CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYEEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **29/11/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

Mail: Satinalma@erciyes.edu.tr

TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

4,8FR 20CM DOUBLE J STENT

1. Stentin iki ucu "0" şeklinde olmalıdır.
2. Stent iç tarafı rigid, dış tarafı yumuşak çift materyalle kaplı olmalıdır.
3. Üzerinde her 5cm de bir cm çizgileri olmalıdır.
4. Bir ucu açık bir ucu kapalı (A/K) olmalıdır.
5. Şeffaf kılıfı içinde dış yüzeyi PTFE kaplı 0.035 inc 150cm uzunluğunda kılavuz tel olmalıdır.
6. Polyamide materyalden üretilmiş, 70 cm basit itici (simple pusher) olmalıdır
7. 4.8Fr kalınlığında ve 12,15, 20, 24,28 ve 30cm muhtelif boylarda olmalıdır.
8. Radyopak olmalıdır.
9. Steni tüm parçaları ayrı paketlenmiş ve sonra hepsi steril olarak paketlenmiş olmalıdır.
10. Her kutuda bir adet bulunmalıdır.
11. Firmalar numune vermek zorundadırlar.
12. Numune kullanıldıktan sonra karar verilecektir.
13. Teslim edilen ürünün en az 2 (iki) yıl sterilizasyon ömrü olmalıdır.

4,8FR 26CM DOUBLE J STENT

1. Stentin iki ucu "0" şeklinde olmalıdır.
2. Stent iç tarafı rigid, dış tarafı yumuşak çift materyalle kaplı olmalıdır.
3. Üzerinde her 5cm de bir cm çizgileri olmalıdır.
4. Bir ucu açık bir ucu kapalı (A/K) olmalıdır.
5. Şeffaf kılıfı içinde dış yüzeyi PTFE kaplı 0.035 inc 150cm uzunluğunda kılavuz tel olmalıdır.
6. Polyamide materyalden üretilmiş, 70 cm basit itici (simple pusher) olmalıdır
7. 4.8Fr kalınlığında ve 12,15,24,26,28 ve 30cm muhtelif boylarda olmalıdır.
8. Radyopak olmalıdır.
9. Steni tüm parçaları ayrı paketlenmiş ve sonra hepsi steril olarak paketlenmiş olmalıdır.
10. Her kutuda bir adet bulunmalıdır.
11. Firmalar numune vermek zorundadırlar.
12. Numune kullanıldıktan sonra karar verilecektir.
13. Teslim edilen ürünün en az 2 (iki) yıl sterilizasyon ömrü olmalıdır.

6FR 26CM DOUBLE J STENT

1. Stent 6Fr kalınlığında ve 26cm uzunluğunda olmalıdır.
2. Double J Stent, insan vücuduna zarar vermeyecek, insan vücudu içerisinde uzun süre kalabilecek ve idrar ile temas sonrasında bozulmayacak materyalden yapılmış olmalıdır.
2. Stentin bir ucu açık bir ucu kapalı olmalıdır.
3. Stentin üstünde delikler olmalıdır, diğer ucu incelemek gelmelidir.
4. Stent 0,038inç kılavuz tel üzerinden yerleştirilebilmelidir.
5. Stent içerisinde 1 adet 6Fr 26cm stent yerleştiricisi ve düz uçlu 0.038inç kılavuz tel olmalıdır.
6. Ürün steril olarak paketlenmiş olmalıdır.
7. Teklif veren firmalar bir adet numune vereceklerdir.
8. Ürün radyopak olmalıdır.
9. Numune kullanıldıktan sonra karar verilecektir.
10. Numune vermeyen firma değerlendirilmeyecektir.
11. Teslim edilen ürünün en az 2 (iki) yıl sterilizasyon ömrü olmalıdır.
12. Her ürün paketi üzerinde stentin kalınlığı (Fr), uzunluğu (cm) ve klavuz telin kalınlığı (inh) olarak belirtilmelidir.

Doç. Dr. Emre Can AKINSAL
Üroloji Anabilim Dalı Öğrt. Üyesi

Doç. Dr. Numan BAYDİLLİ
Üroloji Anabilim Dalı Başkanı