

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
15.11.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinin **HEMATOLOJİ A.D.** ünitesine ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	PLAZMA EXCHANGE SETİ	90 ADET	
	TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK NUMUNESİ GETİRİLEMİYEN CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYELERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının **en geç 29/11/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

Mail: Satinalma1@erciyes.edu.tr

TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

PLAZMA / ERİTROSİT DEĞİŞİM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Set plazma ve eritrosit değişimi işlemlerini santrifügasyon yöntemi ile yapabilme özelliğinde olmalıdır.
- 2- Setlerin CE uygunluk belgesi olmalıdır.
- 3- Setler ünitenin ihtiyacına uygun şekilde aralıklı teslim edilmelidir.
- 4- Setler teslim tarihinde itibaren en az 1 (Bir) yıl miatlı olmalıdır.
- 5- Setler steril paketlerde olmalıdır.
- 6- Sözleşme süresince alınan ve miatları süresince tüketilmeyeceği idare tarafından anlaşılan setler firmaya 3 (Üç) ay önceden haber vermek kaydı ile miktarı ne olursa olsun firma tarafından uzun miatlı setler ile değiştirilecektir.
- 7- Tedavi sırasında cihaz, set ya da personel kaynaklı arıza nedeniyle kullanım dışı setler için firma tarafından aferez ünitesine daha önceden emanet verilen (10 adet Plazma Exchange Seti) setten karşılanmalıdır. Emanete verilen setler bitince 10 adet set yeniden emanete verilmelidir.
- 8- Setler ile birlikte gerekli olacak fistül ve ACD-A (set başına 2 adet) firma tarafından sağlanmalıdır.
- 9- Firma, alınan setler bitine kadar klinikte 4 adet cihaz bulundurmaktadır.

Prof. Dr. Ali Önal
Diyadinin Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Erişen Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Ali Önal
Diyadinin Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Erişen Üniversitesi Tıp Fakültesi

PLAZMA / ERİTROSİT DEĞİŞİM CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Firma, alınan setler bitene kadar klinikte 4 adet cihaz bulunduracaktır.
- 2- Sistem, sürekli akım prensibi ile çalışacaktır.
- 3- Sistem, işlemler sırasında donörün/hastanın boyu, kilosu, cinsiyeti parametrelerini kullanarak toplam kan hacmini hesaplayacak ve ACD-A kullanımını otomatik olarak buna göre belirleyecektir. İşlem esnasında hastaya giden ACD-A ekrandan takip edilmelidir.
- 4- Sistem hasta hemotokriti değerinin giderilmesine olanak sağlayacak ve bu değer ile ayrıştırma arayüzünü otomatik olarak belirleyecektir.
- 5- Cihazda hasta sağlığı ve takibi açısından maksimum ACD-A infüzyon hızını belirleme seçeneği bulunmalıdır.
- 6- Cihaz yazılımı, Türkçe olmalıdır.
- 7- Cihazdan beklenen özellikler, firma tarafından demo yapılarak üniteye sunulmalı ve belgelendirilmelidir. Ayrıca sonuçların uygunluğu kurum tarafından değerlendirilecektir.
- 8- Cihaz üzerinde toplama ya da uzaklaştırma hatlarındaki eritrosit yoğunluğunu (hemoliz riski dahil olmak üzere) denetleyen bir dedektör bulunacaktır.

Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN
D. Tıp Fak. İç Hastalıkları A.B.D.
Hematoloji Bilim Dalı Başkanı
Etiler, Beşiktaş, İstanbul

Doç. Dr. Mustafa ÖZKAN
İç Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı
Dip. Tıbbi Bilimler
Etiler, Beşiktaş, İstanbul