

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
15.11.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinin **RADYASYON ONKOLOJİ A.D.** ünitesine ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	BASINCA DAYANIKLI UZATMA HATTI	500 ADET	
	TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç 29/11/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

Mail: Satinalma1@erciyes.edu.tr

TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

BASINCA DAYANIKLI UZATMA HATTI

Hasta Seti Teknik Şartnamesi

- 1- Hasta seti, hastanemizde kullanılan IMAXEON marka otomatik enjektörler ile uyumlu olduğu firma tarafından belgelendirilmelidir.
- 2- Hasta seti en az 150 cm uzunluğunda olmalıdır.
- 3- Hasta seti tek parça olmalıdır.
- 4- Hasta seti üzerinde pompaya ve hastaya bağlantıyı sağlayan iki adet dönerli kilit olmalıdır.
- 5- Hasta setinin çap ve basınç değerleri sistem setiyle uyumlu olmalıdır.
- 6- Hasta seti tekli steril pakette olmalıdır.
- 7- Her paket üzerinde son kullanım tarihi, ürün modeli, ürün boyutu ve kullanılacağı otomatik enjeksiyon pompası kodu yazılı olmalıdır.
- 8- Hasta setinden kaynaklanan akış ve basınç problemlerinin sonucu cihazda oluşan arıza bedellerini hasta setini veren firma tarafından karşılayacaktır.
- 9- TİTUBB ve Medula kaydı bulunmalıdır. SGK ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olmalıdır.
- 10- Kullanıcı bölümler tarafından tespit edilen uygunsuzlukların(Ürünle ilgili üretim hatası,eksik Parça veya malzeme hataları vs.) firmaya iletilmesi durumunda yenisiyle değişim yapmayı taahhüt etmelidir.
- 11- Miadi 3 yıl olmalı ve Miadi dolması yaklaşan ürünlerde firma yenisiyle değişim yapmayı taahhüt etmelidir.


Prof. Dr. Celalettin EROĞLU
Radyasyon Onkoloji AD.
Tesc. No: 19946/23414/71861
Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri


Öğr. Gör. Mete GÜNDOĞ
Radyasyon Onkoloji AD.
Tesc. No: 73049
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri