

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
22.11.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinin **GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D.** ünitesine ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	EBUS BRONŞİAL ASPIRASYON BİYOPSİ İĞNESİ	25 ADET	
2	EBUS İŞLEM BALONU	30 ADET	
3	BRONKOSKOPİ CLEANING BRUSH (FIRÇA)	20 ADET	
	TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK NUMUNESİ GETİRİLEMİYEN CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYELERDİR		
J	FIRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç 06/12/022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

Mail: Satinalma@erciyes.edu.tr

TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

TRANSBRONŞİYAL ASPIRASYON BİOPSİ İĞNESİ

1. Teklif edilen aspirasyon iğnesi steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
2. İğne uzunluğu 20 mm ve 40 mm arasında ayarlanabilmelidir.
3. Çalışma kanalı 2.0 mm ve üzerinde olan Ultrasonik Bronkoskoplar ile kullanıma uygun yapıda olmalıdır.
4. Uzunluğu 700 mm olmalıdır.
5. İğne Çapı 22 G olmalıdır.
6. Set içeriğinde tek kullanımlık 1 adet 20ml enjektör ve 1 adet adaptör biyopsi valfi bulunmalıdır.
7. Kitleme mekanizması olmalıdır.
8. Bölümdeki mevcut Olympus Marka EBUS cihazı ile uyumlu olmalıdır. Firmalar teklif ettikleri aspirasyon iğnelerinin, bölümümüzde mevcut olan ultrasonik bronkoskop cihazı ile uyumlu olduğuna dair, cihazın üretici firmasından alınmış uygunluk yazısını teklifleriyle beraber vermelidir.
9. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
10. Numune teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). Numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Numuneler denenecektir.
11. Teslim edilecek ürün steril ise orijinal steril ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma , sterilizasyon tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.
12. İğnelerden kaynaklı cihazın hasar görmesi durumunda cihazın tüm masrafları yüklenici firma tarafından karşılanacaktır Firma ürünü ile ilgili cihazda oluşabilecek arızaları ve masrafları karşılayacağına dair imzalı kaşeli taahhütname hazırlayarak ürünleri ile birlikte ilgili makama teslim edecektir

Prof. Dr. Nuri TUTAR
Dip. Tes. No: 118924
Uzm. Tes. No: 82517
Göğüs Hastalıkları A.D.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Dr. Öğr. Üyesi N. Aleyha Yetkin
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 155544 Uzm. Tes. No: 121986

TRANSBRONŞİYAL BALONU

1. Teklif edilen Balon disposable olmalıdır.
2. Teklif edilen Balon steril pakatte olmalıdır.
3. Hastanede bölümde mevcut kullanılmış olan time EBUS için olmalıdır.
4. Teklif edilen Balon latex içermelidir.
5. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
6. Numune teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır). Numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Numuneler denenecektir.
7. Teslim edilecek ürün steril ise orijinal steril ambalajında olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde üretim, son kullanma , sterilizasyon tarihleri vb. bilgiler olmalıdır.

Prof. Dr. Nuri TUTAR
Dip. Tes. No: 118024
Uzm. Tes. No: 82517
Göğüs Hastalıkları A.D.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Uygundur
Öğr. Üyesi N. Aleyna Yetkin
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 155544 Uzm. Tes. No: 121986

ÇOK KULLANIMLIK (REUSABLE) ENDOSKOPIK TEMİZLEME FIRÇASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Endoskopik temizleme fırçası endoskop cihazların temizliğinde güvenli bir şekilde kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Sabunlu veya ıslak ortamda kulpu rahatça tutmaya olanak sağlayacak şekilde kaygan olmayan paslanmaz çelik kateter yapıya sahip olmalıdır.
3. Distal ucunda yumuşak özel olarak dizayn edilmiş naylon fırça yapısına sahip olmalıdır.
4. Biyopsi kanalı içerisindeki uzun geçişle fırçaya kılavuzluk etmek ve hasarlara karşı koruma sağlamak amaçlı yuvarlatılmış plastik uç yapısına sahip olmalıdır.
5. Uzunluğu 100 (yüz) cm ile 130 (yüz otuz) cm aralığında, kılıf çapı ise 1.8 (bir nokta sekiz) mm. ile 2 (iki) mm aralığında olmalıdır.
6. Tekli steril paketlerde muhafaza edilmiş olmalıdır.
7. Teslim edilen her bir malzeme kabul tarihi itibari ile en az 1 (bir) yıl kullanım ömürlü olacaktır. Son kullanma tarihi ambalajlar üzerinde belirtilmiş olacaktır.

Prof. Dr. Nuri TUTAR
Dip. Tes. No: 118924
Uzm. Tes. No: 82517
Göğüs Hastalıkları A.D.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

