

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
28.11.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinin **GÖĞÜS CERRAHİ A.D.** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	SERBEST ARTİKÜLASYONLU ENDOSKOPIK STAPLER KARTUŞ 45 MM, VASKÜLER DOKU	10 ADET	
2	SERBEST ARTİKÜLASYONLU ENDOSKOPIK STAPLER KARTUŞ 45 MM, KALIN DOKU	20 ADET	
3	SERBEST ARTİKÜLASYONLU ENDOSKOPIK LİNEER KAPATICI KESİCİ STAPLER 45 MM	5 ADET	
4	SERBEST ARTİKÜLASYONLU ENDOSKOPIK LİNEER KESİCİ 60 MM, STAPLER	5 ADET	
5	ENDOSKOPIK KAPATICI KESİCİ STAPLER KARTUŞU KALIN DOKU 60 MM	50 ADET	
	TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç 12/12/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

Mail: Satinalma1@erciyes.edu.tr

TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

**SERBEST ARTİKÜLASYONLU
ENDOSKOPIK LİNEER KAPATICI KESİCİ STAPLER
45 MM**

1. Disposable olmalıdır.
2. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Endoskopik ameliyatlarda aynı anda hem kesme, hem altı sıra titanyum zımba atma işi yapabilmelidir.
4. Endoskopik lineer kesicinin oluşturduğu zımba hattı uzunluğu en az 45 mm, kesi uzunluğu en az 47 mm olmalıdır.
5. Endoskopik lineer kesicinin şaftı, her iki yöne 360° rotasyon sağlamalıdır.
6. Endoskopik lineer kesici rotasyon başlığı kendinize doğru çekilerek staplerin artikülasyon noktası serbestleştirilir. Bu serbestleştirmeye staplerin anvili bir organa veya batin duvarına, veya başka bir alet ile dayandırılarak istenildiği şekilde 45 dereceye kadar artikülasyon sağlanabilmelidir.
7. Endoskopik lineer kesicinin iki kolundan ilki dokuyu tespit edip gerekirse yeniden pozisyonlandırma sağlayan, diğeri de aleti ateşlemeye yarayan özellikte olmalıdır.
8. Endoskopik lineer kesicinin şaftı çapı 12 olmalı, 12'lik trokar geçişli olmalıdır.
9. Endoskopik lineer kesici üç aşamada 45 mm zımba ve 47 mm kesi hattını tamamlamalı, aşamaların tamamlanması stapler üzerindeki indikatörden ve bıçak ağzı göstergesinden izlenebilmelidir.
10. Endoskopik lineer kesici üzerindeki manuel serbestleştirme butonuna basılarak ateşleme ihtiyaç duyulduğunda herhangi bir aşamada durdurulabilmelidir.
11. Endoskopik lineer kesicinin şaftın uzunluğu 34 cm olmalıdır
12. Endoskopik lineer kesicinin distal çene açıklığı dokuları kolaylıkla manipüle edilebilmesi için tercihen proksimal en az 8 mm , distal çene açıklığı en az 22 mm olmalıdır.
13. Stapler' in anvili distalden proksimal' e doğru kapanabilir özellikte olmalıdır.
14. Stapler çeneleri yüksek kompresyon sağlamalı, rezeksiyon yapılacak dokuda anvilde yüklü kartuşa gerekli kompresyon desteğini vererek kartuşun ateşlenmesi esnasında düzgün zımbalama ve kesme hattı sağlamasına destek olmalı, dokuyu kaçırmamalı veya ileriye itmemeli, ekstra kartuş kullanmaya sebep olmamalıdır.
15. Endoskopik lineer kesici en az oniki kez ateşleme yapabilmelidir.
16. Stapler tek elle kullanılabilir olmalıdır.
17. Endoskopik lineer kesicinin üzerindeki 440A cerrahi paslanmaz çelik bıçak C şeklinde olup üç nokta kontrolünü ile düzgün zımba hattını sağlamalıdır.



18. Endoskopik lineer kesici vasküler, normal, orta/kalın, kalın ve extra kalın doku kartuşlar uyumlu olmalı, trokar çapı değiştirmeye gerek kalmadan ateşlenebilmelidir.
19. Endoskopik lineer kesicinin boş kartuş ile çalışmamasını sağlayan bir emniyet kilit mekanizması olmalıdır.
20. Latex madde içermemelidir.
21. Teklif veren firma 1 ad numune teslim etmelidir.

Doç.Dr.Ömer ÖNAL
Göğüs Cerr.Anabilim Dalı Öğ.Üy.

Prof.Dr.Leyla HASDIRAZ
Göğüs Cerr.Anabilim Dalı Bşk.

**SERBEST ARTİKÜLASYONLU ENDOSKOPIK STAPLER KARTUŞ 45 MM
KALIN DOKU**

1. Disposable olmalıdır.
2. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Endoskopik ameliyatlarda aynı anda hem kesme, hem altı sıra titanyum zımba atma işi yapabilmelidir.
4. Endoskopik lineer kesici kartuşunun oluşturduğu zımba hattı uzunluğu en az 45 mm, kesi uzunluğu en az 41 mm olmalıdır.
5. Endoskopik lineer kesici kartuşundaki kapalı zımba yüksekliği 2.0 mm olmalıdır.
6. Endoskopik lineer kesici kartuşundaki zımba eni en az 3 mm, bacak uzunluğu 4.1 mm olmalıdır.
7. Endoskopik lineer kesici kartuşundaki zımba teli çapı en az 0.2mm olmalıdır.
8. Endoskopik lineer kesici kartuşu en az 70 adet zımba teli içermelidir.
9. Endoskopik lineer kesici kartuşu proksimal 22 mm , distal 8 mm çene açıklığı ile dokuları kolay manipüle edilebilmelidir.
10. Kullanılacak stapler anvili ile tam uyumlu olmalı, stapler kapatıldığında çene ile kartuş birbirine paralel ve dokuya kompresyon yapacak şekilde kapanmalı, ateşleme esnasında dokunun ileriye doğru sürüklenmesi ve itilmesini engelleyecek özellikte olmalıdır.

Doç.Dr.Ömer ONAL
Göğüs Cerr.Anabilim Dalı Öğ.Üy.

Prof.Dr.Leyla HASDIRAZ
Göğüs Cerr.Anabilim Dalı Bşk.

SERBEST ARTİKÜLASYONLU ENDOSKOPIK STAPLER KARTUŞ 45 MM VASGULER DOKU

1. Disposable olmalıdır.
2. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Endoskopik ameliyatlarda aynı anda hem kesme, hem altı sıra titanyum zimba atma işi yapabilmelidir.
4. Endoskopik lineer kesici kartuşunun oluşturduğu zimba hattı uzunluğu en az 45 mm, kesi uzunluğu en az 41 mm olmalıdır.
5. Endoskopik lineer kesici kartuşundaki kapalı zimba yüksekliği 1.0 mm olmalıdır.
6. Endoskopik lineer kesici kartuşundaki zimba eni en az 3 mm, bacak uzunluğu en az 2.5 mm olmalıdır.
7. Endoskopik lineer kesici kartuşundaki zimba teli çapı en az 0.2 mm olmalıdır.
8. Endoskopik lineer kesici kartuşu en az 70 adet zimba teli içermelidir.
9. Endoskopik lineer kesici kartuşu proksimal 8 mm , distal 22 mm çene açıklığı ile dokuları kolay manipüle edilebilmelidir.
10. Kullanılacak stapler anvili ile tam uyumlu olmalı, stapler kapatıldığında çene ile kartuş birbirine paralel ve dokuya kompresyon yapacak şekilde kapanmalı, ateşleme esnasında dokunun ileriye doğru sürüklenmesi ve itilmesini engelleyecek özellikte olmalıdır.

Doç.Dr.Ömer ÖNAL

Göğüs Cerr.Anabilim Dalı Öğ.Üy.

Prof.Dr.Leyla HASDIRAZ

Göğüs Cerr.Anabilim Dalı Bşk.

SERBEST ARTİKÜLASYONLU ENDOSKOPİK LİNEER KESİCİ 60 MM

1. Disposable olmalıdır.
2. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Endoskopik ameliyatlarda aynı anda hem kesme, hem altı sıra titanyum zimba atma işi yapabilmelidir.
4. Endoskopik lineer kesicinin oluşturduğu zimba hattı uzunluğu en az 60 mm, kesi uzunluğu 57 mm olmalıdır.
5. Endoskopik lineer kesicinin şaftı, her iki yöne 360° rotasyon sağlamalıdır.
6. Endoskopik lineer kesici rotasyon başlığı kendinize doğru çekilerek staplerin artikülasyon noktası serbestleştirilir. Bu serbestleştirmeye staplerin anvili bir organa veya batın duvarına, veya başka bir alet ile dayandırılarak istenildiği şekilde 45 dereceye kadar artikülasyon sağlanabilmelidir.
7. Endoskopik lineer kesicinin iki kolundan ilki dokuyu tespit edip gerekirse yeniden pozisyonlandırma sağlayan, diğeri de aleti ateşlemeye yarayan özellikte olmalıdır.
8. Endoskopik lineer kesicinin şaftı çapı 12 mm olmalı, 12'lik trokar geçişli olmalıdır.
9. Endoskopik lineer kesici üç aşamada 60 mm zimba ve 57 mm kesi hattını tamamlamalı, aşamaların tamamlanması stapler üzerindeki indikatörden ve bıçak ağı göstergesinden izlenebilmelidir.
10. Endoskopik lineer kesici üzerindeki manuel serbestleştirme butonuna basılarak ateşleme ihtiyaç duyulduğunda herhangi bir aşamada durdurulabilmelidir.
11. Endoskopik lineer kesicinin şaftın uzunluğu 34 cm olmalıdır.
12. Endoskopik lineer kesicinin distal çene açıklığı dokuları kolaylıkla manipüle edilebilmesi için tercihen proksimal en az 8 mm , distal çene açıklığı en az 22 mm olmalıdır.
13. Endoskopik lineer kesici en az oniki kez ateşleme yapabilmelidir.
14. Endoskopik lineer kesicinin üzerindeki 440A cerrahi paslanmaz çelik bıçak C şeklinde olup üç nokta kontrolünü ile düzgün zimba hattını sağlamalıdır.
15. Endoskopik lineer kesici vasküler, normal, orta/kalın,kalın ve extra kalın doku kartuşlar uyumlu olmalı, trokar çapı değiştirmeye gerek kalmadan ateşlenebilmelidir.
16. Stapler çeneleri yüksek kompresyon sağlamalı, rezeksiyon yapılacak dokuda anvilde yüklü kartuşa gerekli kompresyon desteğini vererek kartuşun ateşlenmesi esnasında düzgün zımbalama ve kesme hattı sağlamasına destek olmalı, dokuyu kaçırmamalı veya ileriye itmemeli, ekstra kartuş kullanmaya sebep olmamalıdır.
17. Endoskopik lineer kesicinin boş kartuş ile çalışmamasını sağlayan bir emniyet kilit mekanizması olmalıdır.
18. Stapler tek elle kullanılabilir olmalıdır.
19. Latex madde içermemelidir.

Doç.Dr.Ömer ÖNAL

Göğüs Cerr.Anabilim Dalı Öğ.Üy.

Prof.Dr.Leyla HASDIRAZ

Göğüs Cerr.Anabilim Dalı Bşk.

ENDOSKOPIK KAPATICI KESİCİ STAPLER KARTUŞU KALIN DOKU 60 MM

1. Disposable olmalıdır.
2. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Endoskopik ameliyatlarda aynı anda hem kesme, hem altı sıra titanyum zımba atma işi yapabilmelidir.
4. Endoskopik lineer kesici kartuşunun oluşturduğu zımba hattı uzunluğu en az 60 mm, kesi uzunluğu en az 57 mm olmalıdır.
5. Endoskopik lineer kesici kartuşundaki kapalı zımba yüksekliği 2.0 mm olmalıdır.
6. Endoskopik lineer kesici kartuşundaki zımba eni en az 3mm, bacak uzunluğu en az 4.1 mm olmalıdır.
7. Endoskopik lineer kesici kartuşundaki zımba teli çapı en az 0.2mm olmalıdır.
8. Endoskopik lineer kesici kartuşu yerleştirildiği anvil ile multifonksiyonel şekilde kullanıma da uygun olmalı dokuları rahatlıkla grasp ve manipule edebilmelidir.
9. Kullanılacak stapler anvili ile tam uyumlu olmalı, stapler kapatıldığında çene ile kartuş birbirine paralel ve dokuya kompresyon yapacak şekilde kapanmalı, ateşleme esnasında dokunun ileriye doğru sürüklenmesi ve itilmesini engelleyecek özellikte olmalıdır.
10. Kartuş rezeksiyon yapılacak dokuda ateşleme esnasında ideal zımbalama ve kesme hattı oluşturmalı, tüm zımbalar ateşlendiği dokuda düzgün "B" formasyonunu almalıdır.

Doç.Dr.Ömer ÖNAL

Göğüs Cerr.Anabilim Dalı Öğ.Üy.

Prof.Dr.Leyla HASDIRAZ

Göğüs Cerr.Anabilim Dalı Bşk.