

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00

KAYSERİ
29.11.2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinin **ANESTEZİ VE REANİMASYON A.D.** ünitesine ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	CVP KATETER 1 YOLLU 5F 20CM	100 ADET	
2	ANESTEZİ MASKEİ 3	300 ADET	
3	ENTÜBASYON TÜPÜ KAFSIZ NO:2,5	100 ADET	
4	ENTÜBASYON TÜPÜ KAFSIZ NO:3,5	200 ADET	
5	ENTÜBASYON TÜPÜ KAFSIZ NO:4,5	150 ADET	
6	ENTÜBASYON TÜPÜ KAFSIZ NO:5	100 ADET	
7	ENTÜBASYON TÜPÜ KAFSIZ NO:5,5	50 ADET	
8	ENTÜBASYON TÜPÜ KAFLI NO:5	100 ADET	
9	ENTÜBASYON TÜPÜ KAFLI NO:4	100 ADET	
10	ENTÜBASYON TÜPÜ KAFLI NO:5,5	200 ADET	
11	ENTÜBASYON TÜPÜ KAFLI NO:6	100 ADET	
12	ENTÜBASYON TÜPÜ KAFLI NO:6,5	100 ADET	
13	ENTÜBASYON TÜPÜ KAFLI NO:3,5	50 ADET	
14	ENTÜBASYON TÜPÜ KAFLI NO:3	50 ADET	
15	AİRWAY 0	200 ADET	

	TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK NUMUNESİ GETİRİLEMİYEN CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının **en geç 01/12/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

Mail: Satinalma1@erciyes.edu.tr

TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

CVP KATETERİ TEK LÜMEN 5F

1. Set içindeki kateter, tek lümenli, 5 Fr kalınlığında 20(+5)cm olmalıdır.
2. Kateter ucu çok ince lubrikasyonlu, kolay okunan uzunluk işaretli olmalıdır.
3. Kateter çift fiksasyonlu, ikinci emniyet kilitli ve radyoopak poliüretan olmalıdır.
4. Santral venöz ponksiyonu sağlayacak kateter kalınlığına uygun giriş iğnesi olmalıdır.
5. Kılavuz tel, J uçlu fleksible olmalıdır.
6. Kılavuz tel kılıf içinde olup tek parmakla ilerletmeye uygun olmalıdır.
7. Set içinde enjektör, bistüri ve dilatör olmalıdır.
8. CE uygunluk belgesi olmalıdır.
9. Kateter setlerinden bir örnek hasta üzerinde denenerek pratik kullanım kolaylığı kontrol edilerek karar verilecektir.
10. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, barkodu ve ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.

11. Malzeme, depoya teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat'lı olmalıdır.

1. Set içindeki kateter, tek lümenli, 5 Fr kalınlığında 20(+5)cm olmalıdır.
2. Kateter ucu çok ince lubrikasyonlu, kolay okunan uzunluk işaretli olmalıdır.
3. Kateter çift fiksasyonlu, ikinci emniyet kilitli ve radyoopak poliüretan olmalıdır.
4. Santral venöz ponksiyonu sağlayacak kateter kalınlığına uygun giriş iğnesi olmalıdır.

5. Kılavuz tel, J uçlu fleksible olmalıdır.
6. Kılavuz tel kılıf içinde olup tek parmakla ilerletmeye uygun olmalıdır.

7. Set içinde enjektör, bistüri ve dilatör olmalıdır.
8. CE uygunluk belgesi olmalıdır.
9. Kateter setlerinden bir örnek hasta üzerinde denenerek pratik kullanım kolaylığı kontrol edilerek karar verilecektir.

10. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, barkodu ve ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.

11. Malzeme, depoya teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat'lı olmalıdır.

1. Set içindeki kateter, tek lümenli, 5 Fr kalınlığında 20(+5)cm olmalıdır.
2. Kateter ucu çok ince lubrikasyonlu, kolay okunan uzunluk işaretli olmalıdır.
3. Kateter çift fiksasyonlu, ikinci emniyet kilitli ve radyoopak poliüretan olmalıdır.
4. Santral venöz ponksiyonu sağlayacak kateter kalınlığına uygun giriş iğnesi olmalıdır.
5. Kılavuz tel, J uçlu fleksible olmalıdır.
6. Kılavuz tel kılıf içinde olup tek parmakla ilerletmeye uygun olmalıdır.
7. Set içinde enjektör, bistüri ve dilatör olmalıdır.
8. CE uygunluk belgesi olmalıdır.
9. Kateter setlerinden bir örnek hasta üzerinde denenerek pratik kullanım kolaylığı kontrol edilerek karar verilecektir.
10. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, barkodu ve ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
11. Malzeme, depoya teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat'lı olmalıdır.

Doç. Dr. Ayşe ÜLGEY
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Dip. No: 89317 Sicil No: 3082
Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Prof. Dr. Kudret KOCU
Dip. No: 5695
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

SPIRALLİ ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON TÜPÜ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüp steril olmalıdır.
2. Oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır.
3. Tüpün uç kısmı travma oluşturmayan biçimde yuvarlatılmış olmalıdır.
4. Gövdeye yerleştirilmiş metal spiral içermelidir.
5. Balonlu balonsuz olmak üzere 2 çeşidi olmalıdır.
6. Tüp uzunluğu üzerinde cm olarak işaretlenmiş olmalıdır.
7. Tüpün üzerinde radyopak çizgi olmalıdır.
8. Tüpün iç ve dış çapı üzerinde belirtilen numaralara uygun olmalıdır.
9. Balonlu modellerde, tüpün kafi yüksek volumda ve düşük basınçlı bir balon ve valfli balonu mevcut olmalıdır.
10. Ürünün ce belgesi olmalıdır.
11. Üretici firmanın iso 9001 veya iso'9002, en 46001 kalite belgelerine sahip olmalıdır.
12. Teklif eden firmanın yetki belgesi bulunmalıdır.
13. Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat'lı olmalıdır.

Prof. Dr. Kudret DOĞU
Dip. No: 5695 Tescil No: 3082
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Doç. Dr. Ayşe ÜLGEY
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Dip. No: 89417 Sicil No: 3082
Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

ENTÜBASYON TÜPÜ ŞEFFAF KAFSIZ TEKNİK
ŞARTNAMESİ

1. Tüpler tek kullanımlık steril tekli paketlerde olmalıdır.
2. Tüp nontoksik ve Apirojen özellikli olmalıdır.
3. Tüp Polivinilklorür (PVC) den yapılmış olmalıdır.
4. Vücut içine giren kısmın seviyesini (uzunluğunu) gösterir işaret olmalıdır.
5. Konnektör tüp ile tümleşik olmalıdır.
6. Kafsız,oral-nasal kullanımlara uygun olmalıdır.
7. Tüpün ucunda murphy deliği olmalıdır.
8. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, barkodu ve ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
9. Teklif edilen ürünler için deneme numunesi verilecektir.
10. Malzeme, depoya teslim tarihinde itibaren en az 2 yıl miat'lı olmalıdır.

Doç. Dr. Ayşe ULGEY
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Dip. No: 89317 Sicil No: 3082
Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Prof. Dr. Kudret DOĞRU
Dip. No: 5695 Tec. No: 5577
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

ENTÜBASYON TÜPÜ ŞEFFAF KAFLI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüpler tek kullanımlık steril tekli paketlerde olmalıdır.
2. Tüp nontoksik ve Apirojen özellikli olmalıdır.
3. Tüp Polivinilklorür (PVC) den yapılmış olmalıdır.
4. Vücut içine giren kısmın seviyesini (uzunluğunu) gösterir işaret olmalıdır.
5. Konnektör tüp ile tümleşik olmalıdır.
6. Kaflı, oral-nasal kullanımlara uygun olmalıdır.
7. Tüpün ucunda murphy deliği olmalıdır.
8. Düşük basınçlı Balonlu olmalıdır.
9. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, barkodu ve ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
10. Teklif edilen ürünler için deneme numunesi verilecektir.
11. Malzeme, depoya teslim tarihinde itibaren en az 2 yıl miat'lı olmalıdır.

... olmalıdır.

Doç. Dr. Ayşe ÜLGEY
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Dip. No: 89317 Sicil No: 3082
Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Prof. Dr. Andrei DOĞRU
Dip. No: 5695 Tescil No: 3082
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi