

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
06.12.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinin **TIBBİ BİYOKİMYA A.D.** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

TACİM DEMİRTAŞ
İşletme Müd. Vek.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	SAS-1 SP-24 KİT	720 ADET	
2	VMA	200 ADET	
	TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK NUMUNESİ GETİRİLEMİYEN CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMİYENLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç 20/12/2022 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

Mail: Satinalmal@erciyes.edu.tr

TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

Satın alınacak Elektroforez kitine ait teknik şartname

1. Teklif edilecek kit laboratuvarımızda demirbaş olarak bulunan HelenaSas 1 cihazına uygun olmalı

1. Kitler AgaroZ Jel yöntemi ile çalışmalıdır.

2. Protein Elektroforezinde her jele en az 12 hasta yüklenebilmeli.

3. Kit kutularının içinde gerekli tüm malzemeler (boya, yıkama ve tesbit solüsyonları gibi) bulunmalıdır.

4. Kitlerin son kullanma tarihleri en az 1 yıl olmalıdır.

5. Kit ambalajlarında seri ve lot numaraları yer almalıdır.

6. İlgili firma ihale dosyasına kitlerin çalışma prosedürünü içeren katalogları veya kit Kitapçığını koymalıdır.

7. Teklif edilen kitler, laboratuvarıda var olan cihazda demosu yapıldıktan sonra kabul edilecektir

8. Kitlerin miadı 3 aydan az kalanlar firma tarafından ücretsiz değiştirilecektir.

9. Teklif veren firmalar internal kontrol örneği yanında Eksternal kontrol programını sağlamalıdır

ERCIYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAK.
Yrd.Doç.Dr. Didem BARLAK KETİ
Tıbbi Biyokimya A.B.D.
Tes. No: 933396 / 100976

Prof. Dr. Sabahattin MUHTAROĞLU
Merkez Laboratuvarı
Biyokimya Laboratuvarı Sorumlusu
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Vanil Mandelik Asit(VMA) Kit Şartnamesi

- 1-Önerilecek kit kromatografik-spektrofotometrik yöntemle çalışmalı
- 2-Kit içinde gerekli reaktifler yanında test sayısı kadar kromatografik kolon içermeli
- 3- Birden fazla standart solüsyonu içermeli
- 4-Kit içerisindeki reaktifler liyofilize şeklinde olmalı
- 5-Reaktifler sulandıktan sonra en az 6 ay stabil olmalı
- 6-Kit içindeki kromatografi kolonları son kullanım tarihine kadar stabil olmalı
- 7-Kit idrarörneği için uygun olmalı
- 8-kit içindeki test sayısı 20 den az olmamalı
- 9-Kitin son kullanım tarihi, teslim edildikten en az bir yıl miadlı olmalı

ERCIYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAK.
Yrd.Doç.Dr. Didem BARLAĞ KETİ
Tıbbi Biyokimya A.B.D.
Tes. No: 933396 / 100976

Prof. Dr. Sabahattin MUHTAROĞLU
Merkez Laboratuvarı
Biyokimya Laboratuvarı Sorumlusu
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastahaneleri