

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
06.12.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinin **GÖĞÜS HASTALIKLARI A.D.** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

TACİM DEMİRTAŞ
İşletme Müd. Vek.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	BAKTERİ FİLTRESİ (GÖĞÜS HAST.)	10.000 ADET	
	TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMEYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK NUMUNESİ GETİRİLEMeyecek CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının **en geç 20/12/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

Mail: Satinalma1@erciyes.edu.tr

TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ İÇİN BAKTERİ FİLTRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.SFT bakteri filtresi,test yapılırken hem expirasyon hemde inspirasyon sırasında % 0,40dan fazla direnç göstermemelidir.
- 2.SFT bakteri filtresi,her hastadan sonra değiştirilebilir olmalıdır.
- 3.SFT bakteri filtresi,%99.900 bakteriyal,%99,900 viral filtrasyon etkinliği sağlamalıdır.
- 4.Plastik kap içerisinde herhangi bir kimyasal yapıştırıcı kullanılmamalı ve bundan kaynaklanan hastanın akciğerine herhangi bir yabancı maddenin gitmesi engellenmelidir.
- 5.SFT bakteri filtresinin cihaza giriş çapı 33mm,hastanın ağzına alacağı yer hastanın daha iyi kavraması için oval olmalıdır.
- 6.SFT bakteri filtresinin CE standartlarına uygunluk belgesi olmalıdır.
- 7.Ürün ambalajı üzerinde lot no'su ve üretim ve son kullanma tarihi ,dış koli üzerinde miktar ve ürün üretici bilgileri bulunmalıdır.
- 8.Ürün ambalaj içinde ve steril olmalıdır.
- 9.Ürün miyadı 5 yıl olmalıdır.
- 10.Ürünle ilgili problem çıktığında değişimin yapılması garanti edilmelidir.

Prof. Dr. Nuri TUTAR
Dip.Tes.No: 118924
Uzm.Tes.No: 82517
Göğüs Hastalıkları A.D.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Oğr.Gör.Dr.Burcu BAKAN KEZENCİOĞLU
Dip.Tes.No: 157496
Uzm.Tes.No: 123199
Göğüs Hast. ve Tüberküloz A.D.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri
Prof. Dr. Nuri TUTAR
Dip.Tes.No: 118924
Uzm.Tes.No: 82517
Göğüs Hastalıkları A.D.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri