

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
13.12.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinin **AMELİYATHANE** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

TACİM DEMİRTAŞ
İşletme Müd. Vek.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	CVP KATETER 3 YOLLU 8,5 F 13/16 CM	60 ADET	
	TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK NUMUNESİ GETİRİLEMİYEN CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının **en geç 28/12/2022 günü** mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

Mail: Satinalma1@erciyes.edu.tr

TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

SANTRAL VENÖZ KATETER, İNFÜZYON, ÜÇ LÜMENLİ

SMT Temel İşlevi:	1. Kateter santral venöz dolaşıma erişimi kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Kateter uzunluğu 4F-4.5F-5F-5.5F için 5-20cm, 7F-7.5F-8F-8.5F için 15-20cm olmalıdır. 3. İğne uzunluğu kateter numarasına göre 38- 75mm arasında ve uluslararası renk koduna sahip olmalıdır. 4. Dilatatör uzunluğu 5-10cm arasında olmalıdır. Dilatatörün proksimal ucu rahat kavranmalı, uygun sertlikte olmalı ve J teli üzerinden rahatça ilerletilebilmelidir. Dilatatörün iç yüzeyi ile J teli arasında boşluk olmamalı, böylece dilatatörün ilerletilmesi sırasında araya doku parçası sıkışması engellenmiş olmalıdır. 5. Kateterin çapı ve uzunluğu ile uyumlu J kılavuz tel bulunmalıdır ve 10'ar cm lik uzunluk çizgilerine sahip olmalıdır. 6. Kateteri sabitlemek için 1-3 adet fiksasyon klemp bulunmalıdır. 7. Kateter poliüretan materyalden üretilmiş olmalı ve radyopak olmalıdır. Böylece damar içerisinde bulunduğu sürece üzerinde biyofilm tabakası oluşumunu geciktirerek enfeksiyon riskini azaltmalıdır.
Teknik Özellikleri:	8. Kateterin uca açılmayan lümenlerinin çıkışlarında ölü boşluklar bulunmamalıdır. Eğer ölü boşluklar varsa silikonla kapatılmış olmalı, buralarda kan birikmesine ve enfeksiyon etkenleri için besiyeri oluşturmaya neden olmamalıdır. 9. Kateter hasta üzerinde en az 30 gün kalabilmelidir. 10. Setin içerisinde bir ucu J diğer ucu düz 2 taraflı kılavuz tel hiçbir suretle kink yapmayan uygun materyalden yapılmış olmalı, ponksiyon kateterinden engelsiz ilerletilebilmeli, ucu iğneye takılmamalıdır.
Genel Hükümler:	11. Malzeme steril ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir.

Doc. Dr. Ayşe ÜLGEN
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Dip. No: 15235
Eğits. Ulusal Sırt. No: 3082
Tıbbi ve Aile Hekimliği

Prof. Dr. Mustafa DOĞRU
Dip. No: 15235
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri