

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
13.12.2022

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinin **AMELİYATHANE** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

TACİM DEMİRTAŞ
İşletme Müd. Vek.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	ENDOBRONŞİAL TÜP LEFT (SOL) 37	10 ADET	
2	ENDOBRONŞİAL TÜP LEFT (SOL) 39	10 ADET	
3	ENDOBRONŞİAL TÜP LEFT (SOL) 41	10 ADET	
	TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK NUMUNESİ GETİRİLEMİYEN CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYEEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının **en geç 27/12/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

Mail: Satinalmal@erciyes.edu.tr

TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

ÇİFT LÜMENLİ ENDOBRONŞİAL TÜP (CARLENS) TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Tüpler aksesuarlarıyla birlikte verilmelidir.
- Her bir tüple beraber double swivel konnektör, Y – konnektör ve 3 farklı uzunlukta aspirasyon kateteri bulunmalıdır.
- Trakea sabitleme balonu düşük basınçlı ve saydam olmalıdır.
- Sağ Endobronşial tüpte kaf anatomiye uygun olarak kıvrımlı olmalıdır.
- Tüp uçları ve balon bağlantıları radyopak olmalıdır.
- Tüpler ölçekli olmalıdır.
- Balonlar yırtılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- Fiberoptik uygulamada görmeyi kolaylaştıracak blue-line olmalıdır.
- Ürünün Sağ ve Sol olmak üzere 26,28,35,37,39,41 Fr. boyları bulunmalıdır.
- Ürün latex içermemelidir.
- Ürünün Sağlık Bakanlığı onaylı ÜTS kaydı bulunmalıdır.

Dr. Kadir DOĞRU
Dip. No: 5577
Etiler Hastanesi
Etiler Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Doç. Dr. Ayşe ULGER
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
Dip. No: 3082
Etiler Hastanesi
Etiler Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi