

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00

KAYSERİ
13.12.2022

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanelerinin **GÖZ HASTALIKLARI A.D.** ünitesine ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacim DEMİRTAŞ
İşletme Müd.Vek.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	JAWS FORCEPSİ 25 G	12 ADET	
2	KERATOPROTEZ (AFAK GÖZLER İÇİN 0.7 MM)	1 ADET	
3	KERATOPROTEZ (FAKİK GÖZLER İÇİN)	1 ADET	
4	KERATOPROTEZ (AFAK GÖZLER İÇİN 0.8 MM)	1 ADET	
5	AĞIR SİLİKON	5 ADET	
6	DİOD LAZER İÇİN G PROB	6 ADET	
	TEKLİFLE BİRLİKTE NUMUNE GÖNDERİLECEKTİR. NUMUNESİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK NUMUNESİ GETİRİLEMeyecek CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		

I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **28/12/2022** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi Satınalma Müdürlüğü'ne bırakılmasını rica ederiz.

Mail: Satinalma1@erciyes.edu.tr

TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

1- 25G ULTRA PEEL MICROFORCEPS (jaws)

1. Tek kullanımlık olmalıdır, steril paket içinde olmalıdır. Ürün tek parça ve ne tür forceps olduğunu belirten renk kodu olmalıdır. Paket üstünde kod numarası ve işareti ve markası belirtilmiş olmalıdır.
2. Teklif edilen ürün steril çift blister ambalaj içinde, paketin nereden açılacağına dair ön ve arka yüzünde işaretler olmalıdır.
3. Shah model mikro Serrated Jaws çene tipi özelliğinde olmalıdır,
4. Aletin ucunu açıp kapamaya yarayan mekanizma içinde uzun kullanımı sağlamak amacı ile metal yay sistemi olmalıdır. Açıp kapama görevi yapan mekanizmalı kısım çift kanatlı, ince ve elden kaymayı engellemek için elcik üzerinde nokta formunda çıkıntılar olmalıdır. Bu mekanizma iki yandan basarak çalışmalıdır. 360 Derece basacak yeri olan ürünler daha çok yer tutmakta ve çabuk arızalanmakta olduğu için kabul edilmeyecektir.
5. Geliştirilmiş kavrama- tutma kabiliyeti ve shaft esnekliğinin artırılmış olması için uç bölümüne güçlendirici silikon parça takılmış olmalıdır. Bu durum vazgeçilmez bir üstünlüktür.
6. Teklif edilen ürün geniş açılı non kontakt mercek sistemleri mekanizmasına (Eye-Boss, Biom, Ruw, Resight vb.) çarpmaması için kısaltılmış olmalıdır. Bu durum vazgeçilmez bir üstünlüktür.
7. Ürünün ölçüleri uç (shaft) uzunluğu en çok 40 mm, uç kavrama mekanizma çapı açık pozisyonda 17 mm, kapalı pozisyonda 12 mm olmalıdır. 25G ve 0,5 mm ölçüsünde olmalıdır.

2-KERATOPROTEZ ŞARTNAMESİ (AFAK GÖZLER İÇİN 0.7 mm ölçüsünde)

- 1- Silikondan üretilmiş olmalıdır.
2. Retina cerrahisinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
3. Afak gözler için üretilmiş olmalıdır.
4. 0,7 mm ölçüsünde olmalıdır.
5. 2,8 mm derinliğe sahip olmalıdır.

3- KERATOPROTEZ ŞARTNAMESİ (FAKİK GÖZLER İÇİN)

1. Silikondan üretilmiş olmalıdır.
2. Retina cerrahisinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
3. Fakik gözler için üretilmiş olmalıdır.
4. 0,7 mm ölçüsünde olmalıdır.
5. 1,6 mm derinliğe sahip olmalıdır.

4- KERATOPROTEZ ŞARTNAMESİ (AFAK GÖZLER İÇİN 0.8 MM ÖLÇÜSÜNDE)

1. Silikondan üretilmiş olmalıdır.
2. Retina cerrahisinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
3. Afak gözler için üretilmiş olmalıdır.
4. 0,8 mm ölçüsünde olmalıdır.
5. 2,5 mm derinliğe sahip olmalıdır.

5- AĞIR SİLİKON ŞARTNAMESİ


1. Homojen ve renksiz bir yapıda olup , % 69,5 ultra saf polidimetilsiloksan ve % 30,5 ultra saf perfoloroheksiloktan içermelidir.
2. Yoğunluğu en az 1,06 g/cm³ (25°C sıcaklıkta) olmalıdır.
3. Viskozitesi 25°C sıcaklıkta 1200 mpas olmalıdır.
4. 10 ml'lik şırınga içerisinde olup, şırınga üzerinde de ürünün LOT numarası basılı olmalıdır.
5. Sudan daha ağır yapıda olmalıdır ve suda çözünmemelidir.
6. 25G uyumlu olmalıdır.
7. Ürünün parlama noktası > 300 °C, tutuşma ısı >400°C ve buharlaşma basıncı da 25 °C'de en fazla 1 tor olmalıdır.
8. Suda çözünmemeli ve suyla kesinlikle karışmamalıdır.
9. Şırınga içerisinde kullanıma hazır olmalı ve en az 3 yıl miyadı olmalıdır.

Doç. Dr. Duygu GÜLMEZ SEYİT
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GÖZ CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
Doç. Dr. Mustafa Alihan AHMET POLAT
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No: 110897

6-ENDOLAZER CİHAZI İÇİN GLOKOM PROBU ŞARTNAMESİ

- 1- İridex marka lazer sistemi ile uyumlu olmalıdır.
- 2- 810 nm dalga boyunda lazer cihazı ile glokom tedavisi için üretilmiş olmalıdır.
- 3- Steril ambalaj içinde olmalıdır.
- 4- Ürün hastanede bulunan cihaz ile aynı marka olmalıdır.
- 5- Problar altı adetlik kutular halinde satılmalı ve kutu üzerinde ürün ismi, firma adı ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.


Doç.Dr. Duygu GÜLMEZ SEVİM
Göz Hastalıkları AD.
Dip. Tesc. No: 145591
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri


T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GÖZ HASTALIKLARI A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Osman Ahmet POLAT
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No: 110697