





## AMI Trides Yedek Parça Şartnameleri;

- pH Sensörü
- - SWAN AMI Trides analizöründe kullanılacak pH probu üzerinde A-87.120.200 model kodu ve seri numarası bulunmalı ve fabrika tarafından sertifikalandırılmış olmalıdır.
  - Bakım gerektirmeyen pH sensörü, en az 1 yıl kullanım ömrüne sahip olmalı, mekanik ve kimyasal olarak inert plastik kasada (IP 68) olmalıdır.
  - Zehirlenmeye karşı korumalı Ag/AgCl referans sistemi bulunmalıdır.
  - Referans sistemin çözünmeyen gümüş bileşikleri tarafından tıkanmasına karşı, AgCl içermeyen bir elektrolit tarafından ortadan kaldırmalıdır.
  - Çalışma sıcaklığı 0-50 C ve çalışma basıncı <2 bar olmalıdır.

Sefer ŞEN  
Elektrik Teknisyeni

A. Kadir ARAT  
Elektrik Teknikeri

İkrâm KOÇ  
Isı Santralleri Birim Amiri