




## BİBERON ŞARTNAMESİ

### 1. BİBERON EMZİK SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 2 numaralı emzik seti olmalı
2. Bardak kapaklı olmalı
3. Steril edilebilmeli
4. 120-130°C ye dayanıklı olmalı
5. Elimizdeki mevcut biberonlara uygun olmalı
6. İsteğe uygun biberon emzik seti ektedir.

EK:



Uzm.Dyt.Demet ÖZTEKİN  
Diyetisyen  
Dip.No: 13.55.0232  
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi