

T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
21.03.2024

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi NÖROLOJİ UYKU ÜNİTESİ Biriminin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	Pulse oksimetre xpod ve satrasyon probu philips alis6 ile uyumlu ve emla ile uyumlu	4 adet	
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 27/03/2024 günü mesai bitimine (17:00) kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını veya erudsim@erciyes.edu.tr adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

PULSEOKSİMETRE PROBU TEKNİKŞARTNAME

- UYKU SERVİSİNDE BULUNAN CİHAZA UYUMLU OLMALIDIR.
- OKSİMETRE SENSÖRÜ YETİŞKİN HASTALAR İÇİN TEKRAR KULLANILABİLİR OLMALIDIR.
- 100-300 CM UZUNLUKTA OLMALIDIR.
- OKSİJEN VE NABİZ ÖLÇEBİLİR OLMALIDIR.

PULSEOKSİMETRE PROBU TEKNİKŞARTNAME

- YETİŞKİN HASTALAR İÇİN TEKRAR KULLANILABİLİR OLMALIDIR
- OKSİJEN SATURASYON ARALIĞI 0 İLE 100% ARALIĞI OLMALI VE FREKANSI 3HZ OLMALIDIR.
- NABİZ ÖLÇÜM ARALIĞI DAKİKADA 18 İLE 321 ATIŞ OLMALIDIR.
- OKSİJEN SATURASYONUNU, NABİZ , PLETİSMOGRAFİYİ VE HRYİ ÖLÇEBİLİR OLMALIDIR.
- CİHAZIN AĞIRLIĞI 75GR. (2.7 OZ.) OLMALIDIR.
- HASTA İZOLASYONU IEC 60601-1 STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR.
- OKSİMETRE SENSÖRÜ,ALİS 6 VE /VEYA EMLA UYKU KAYIT ÜNİTESİNE BAĞLANABİLİR OLMALIDIR.