

T.C.  
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ  
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ  
19.09.2024

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00  
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **GAZ VAKUM ATÖLYESİ** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

**Tacım DEMİRTAŞ**  
Döner Sermaye İşletme Müd.


S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	<b>OKSİJEN TÜPÜ (10 LT)</b>	<b>1 ADET</b>	
	<b>TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA</b>		
	<b>**Teklif veren firmalar teknik şartnamenin her bir maddesini için birebir uygunluk belgesi verecek ya da teknik şartnamenin tüm hükümlerini kabul ettiğini beyan edecektir.</b>		
	<b>***Ürünlerin marka ve modelleri belirtilecek</b>		
	<b>** Teklif edilen ürünler ile ilgili katalog bilgisi sunulan teklife eklenmelidir.</b>		
	<b>Bilgi İçin : GAZ VAKUM ATÖLYESİ (Abdurrahim NAR)</b>		
	<b>Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 20092</b>		
	NOT: BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYELİDİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KÂĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

**NOT: Teklif mektuplarının en geç 03/10/2024 günü mesai bitimine kadar E.Ü. Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını veya erudsim@erciyes.edu.tr adresine mail gönderilmesini rica ederiz.**

# 10 LT OKSİJEN TÜPÜ ŞARTNAMESİ

**1-KONU:** ERÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından alımı yapılacak olan 10 (LT) oksijen tüplerine ait teknik şartnamedir.

## 2.TEKNİK ÖZELLİKLER

**2-1.** Bu teknik şartname kapsamındaki 10 LT Çelik tüpler ISO 9809-1 2019 AB Standartlarına uygun olacaktır. ISO 9809-1'e (standardı), ADR'ye (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa  Anlaşması), göre uygun işaretili olarak üretilmiş olacaktır.

**Dikişsiz Çelik Gaz Silindirleri** özelliklerini, konu alır.

**2-2** Tüpler çelikten üretilmiş olacaktır.

**2-3** Tüpler konkav kendinde ayaklı olacaktır.

**2-4** Oksijen tüpleri standartlarda belirtilen renkte olacaktır.

**2-5** Tüpler imalat tarihi son 1 yıla ait olacaktır. Eski tarihi tüpler kabul edilmeyecektir.

**2-6** Tüplerin işletme basıncı 200 bar ve deneyi basınçları 300 bar olacaktır.

**2-7** Tüpler "pi" li olacaktır.

**2-8** Tüpler boyalı ve boş olarak teslim edilecektir.

**2.9** Tüp imalatçısı firma tüpe ait test sertifikalarını tüp ile birlikte dosya halinde teslim edecektir.

**2-10** 10 LT tüpler 9.90 - 10.50 LT olacaktır.

**2-11** Tüpe ait bilgiler teklif dosyasıyla birlikte kuruma ibraz edilecektir.

**Selim CONA**  
Tekniker  
Sicil No: B42065 -

**Abdullah NAR**  
Makina Teknikeri  
41825  
ERÜ SAĞLIK UYGULAMA MERKEZİ

**Prof. Dr. Züleyha C.Ö. KARACA**  
Erciyes Üniversitesi  
Endokrinoloji ve Metabolizma A.D.  
T.C. Kimya No: 00392122  
Tescil No: 94529