

T.C.  
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ  
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88  
MAİL:crudsim@erciyes.edu.tr

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00  
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ  
12.12.2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizin İÇ HASTALIKLARI A.D. Kullanılmak üzere İhtiyacı olan aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

**TACİM DEMİRTAŞ**  
Dön.Ser.İşlt. Müd.

| S.no | MALZEMENİN CİNSİ  | Miktarı | Birim fiyatı |
|------|---|---------|--------------|
| 1.   | ANTİBAKTERİYEL ELDİVEN KEMER SETİ   | 6       | ADET         |
| 2.   |   |         |              |
| 3.   |   |         |              |
| 4.   |   |         |              |
|      |   |         |              |
|      |   |         |              |
|      | (ŞARTNAMESİ EKTEDİR)  |         |              |
|      |   |         |              |
|      | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR   |         |              |
| A    | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.   |         |              |
| B    | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞİTLARINA YAZILACAK.   |         |              |
| C    | ZAMANINDA VERİLMİYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.  |         |              |
| D    | TEKLİF ZARFLARI KAPALİ OLMALİ VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZİLİ OLMALİDİR.   |         |              |
| E    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALİDİR.   |         |              |
| F    | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALİDİR.   |         |              |
| G    | YÜKLENİCİ FİRMALARIN TEKLİFLERİYLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYIT BELGESİNİ SUNMALARI ZORUNLUDUR.  |         |              |
| H    | İSTEKLİ FİRMALARIN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞININ ÜRÜN TAKİP SİSTEMİNE (ÜTS) KAYITLI OLDUĞUNU TEŞVİK EDİCİ T.C. BAKANLIĞININ İLGİLİ WEB SİTESİNDEN ALINAN KAYIT BELGESİNİ EKLEMESİ GEREKMEKTEDİR. ( ÜTS KAYIT |         |              |

|          |   |  |  |
|----------|---|--|--|
|          | <b>ZORUNLULUĞU OLMAMAMSI HALİNDE BU BELGE ARANMAYACAKTIR)</b>   |  |  |
| <b>I</b> | <b>TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN (BARKOD) NUMARASI ÜRÜNÜN ÜZERİNDE, ÜRÜN KODU VE BRANŞ KODU ETİKET VE MARKA ADI TEKLİF MEKTUPLARINDA YAZILI OLACAKTIR.</b>  |  |  |
| <b>K</b> | <b>İSTEKLİ FİRMALAR; SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAYINLAMIS OLDUĞU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) HÜKÜMLERİNE GÖRE TEKLİF ETMİŞ OLDUKLARI MALZEMELER İLE İLGİLİ, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLUP OLMADIĞINI, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLMASI DURUMUNDA SUT KODUNU FİRMA ORJİNAL ANTETLİ KAĞIDA YAZARAK BİLDİRECEKLERDİR.</b> |  |  |
| <b>L</b> | <b>İSTEKLİ FİRMALARIN TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜNÜN İMALATÇISI VEYA İTHALATÇISI OLMADIĞI DURUMLARDA ÜRÜNÜN TEDARİKÇİ FİRMASININ BAYİSİ OLDUĞUNU GÖSTERİR ÜTS KAYITLI BELGESİNİ EKLEMESİ GEREKMEKTEDİR.</b>   |  |  |
| <b>M</b> | <b>ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASABE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.</b>  |  |  |
| <b>N</b> | <b>TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERE AİT KALİTE BELGELERİNDE BİRİSİ VE CE BELGESİ VERİLMELİDİR.</b><br><b>O NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR.</b><br><b>P TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR.</b>   |  |  |
| <b>O</b> | <b>SİPARİŞLER TEK PARTİ HALİNDE TESLİM EDİLMELİDİR.</b>   |  |  |
| <b>P</b> | <b>TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR.</b>   |  |  |

**NOT: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI'NIN 26.11.2015 TARİHLİ DUYURUSUNDA,**

'Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydının yapılamadığı, ilgili firmalarca eşleştirme yapılmayan veya yeni imal-ithal edilen ürünlerin, MEDULA sistemine tanımlanabilmesi için, ilgili firmalarca adına Kurumun hazırlamış olduğu Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslara göre ürün eşleştirme işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur. İdaremizce; Eşleştirilen ürünlerin tamamen firmaların beyanı esas alınarak Medula sistemine kaydedilmiş olması sebebi ile yanlış eşleştirme olduğunun herhangi bir tespit edilmesi halinde oluşan zararlar firmalardan tazmin edilecektir. İdaremizce; bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün, satın alındığı tarih itibarıyla TITUBB sisteminde 'Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)' durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de Medula sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.' Hususları belirtilmiştir.

İdaremizce istekli firmalarca sunulan tekliflerin değerlendirilmesi için, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın 26.11.2015 tarihli duyurusunda belirtilen esaslar dikkate alınarak tekliflerini sunmaları,

Teklif mektuplarının en geç 25/12/2024 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

MAİL:erudsim@erciyes.edu.tr

## ANTİBAKTERİYEL ELDİVEN KEMER SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Eldiven el sabitleme kemeri antibakteriyal-bakterisid (MRSA, E.Coli, Klebsiella vs.) etkiye en az %98 oranında sahip olmalıdır.
- 2-Eldiven el sabitlemenin ölçüleri çocuk için 15x12x5 cm ( $\pm 2$ ), yetişkin için 22x15x7 cm ( $\pm 2$ ) olmalıdır.
- 3-Kullanılan kumaş antistatik özellikte olmalıdır.
- 4- Antibakteriyel eldiven el sabitleme kemeri yüksek ısıda (60-90 derece) , deterjanla yıkanabilmeli. Düşüş ısıda yıkanması halinde de lekeleri temizleyebilmelidir.
- 5- 134 santigrad derece buhar otoklavda steril edilebilmelidir.
- 6- Antibakteriyel eldiven el sabitleme kemeri kanvas kumaş ile güçlendirilmiş yapıda olmalıdır.
- 7- Antibakteriyel eldiven el sabitleme kemeri pediatrik ve adult boyutlarında olmalıdır.
- 8- Antibakteriyel eldiven el sabitleme kemeri solmayan nonkanserojen boyalı olmalı, düşük asitlerden etkilenmemelidir.
- 9-Antibakteriyel eldiven el sabitleme kemeri yıkama ve sterilizasyon işlemleriyle deforme olmamalıdır.
- 10-Dikişler kumaş rengi ile uyumlu artık bırakmayan , renk atmayan kalitede ve sağlamlıkta olmalıdır.En az 33 model klinik tarafından belirlenmelidir.
- 11- Bileğin karyola veya sedyeye bağlanabilmesi için kemer uzunluğu en az 1 metre uzunluğunda olmalıdır.
- 12- Antibakteriyel eldiven el sabitleme kemeri non steril polietilen şeffaf ambalaj içinde olmalı ve poşetin içinde resim ve yazı ile kullanma talimatı olmalıdır.
- 13- Antibakteriyel eldiven el sabitleme kemeri bir ucunda hastanın her türlü zorlamasına karşı bandın açılmasını engellemek için velkro(cırtlı) ve kilitlenebilmesi için klips olmalıdır.

Dr.Öğr.Üyesi Şahin TEMEL  
İç Hast. ve Yoğun Bakım Uzmanı  
Dip.Tes.No: 01003226-112747-134073  
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Dr.Öğr.Üyesi Recep Civan YÜKSEL  
İç Hast. ve Yoğun Bakım Uzmanı  
Dip.Tes.No: 150810-115817-137522  
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri