

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
13/06/2018

Üniversitemiz Tıp Fakültesi TEKNİK BAKIM – GAZ-VAKUM ATÖLYESİ bölümünün ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen (**KARBONDİOKSİT TÜPÜ**) malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
Döner Ser. İşletme Müdür Yrd.

S.no	TEKNİK BAKIM (GAZ-VAKUM ATÖLYESİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	25 Kg.'lık YÜKSEK SAFLIKTA CO2 (KARBONDİOKSİT TÜPÜ)	3 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFALARDADIR.		
	BİLGİ İÇİN : GAZ VAKUM ATÖLYESİ (SEZAI YÜCEL)		
	TEL : (0352) 207 66 66 – DAHİLİ : 20092		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **25/06/2018** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner S. İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.



-109-

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ



Sayı : B.30.2.ERC.0.01.00.01/
Konu : Malzeme Talebi Hk.

22.05.2018

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzeme / hizmete servisimizce ihtiyaç vardır.
İhale yoluyla satın alınmasına müsaadelerinizi arz ederim.

AD Başkanı / Ünite Amiri
Yrd. Doç. Dr. Semih Zeki ULUDAĞ
Tüp Bebek Ünitesi Sorumlu Uzmanı

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANI

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Sezai YÜCEL
Makine Teknikeri
1498

29.5.18
Mevcut

Sıra No	Depo Malzeme Kod Numarası	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Birimi	Miktarı
1	255.99.02.06.01.01				25 kg lık Yüksek saflıkta CO2 tüpü	Adet	3

Depo Memuru
Mevcut () Yok ()

Erdal ÖZKAN
Taahhüt Kayıt Yetkilisi
ERÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

OLUR
29.5.18
BASHEKİM

Doç. Dr. İsmail KOCAYİĞİT
Değerlendirme Komisyonu Başkanı
Planlama ve Satınalma

- * Malzeme isteklerinde teknik şartnamenin eklenmesi zorunludur.
- * Depo malzeme kod numarası depo görevlisinden alınacaktır.
- * İlk defa alınacak malzemeler için gerekçeli rapor eklenecektir.
- * Hastalar için yapılan malzeme isteklerinde SUT bilgilerinin doldurulması zorunludur.

40 LİTRE KARBONDİOKSİT TÜPÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ **(YÜKSEK SAFLIKTA)**

1. KONU: ERÜ. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından alımı yapılacak 40 lt'lik çelik karbondioksit tüplere ait teknik şartnamedir.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1. Bu teknik şartname kapsamındaki 40 lt çelik tüpler ISO 9809-1 AB Standartlarına uygun olacak 2010/35/EC Tıp belgeli olacak.

2.2. Tüplerin imalinde kullanılan malzeme standardında da tarif edilen özelliklerde Mn çeliği olacaktır.

2.3. Tüpler konveks ve ayaklı olacaktır.

2.4. Tüplerin imalinde kullanılan borunun dış çapı, 40 lt'ler için 229 mm, boru et kalınlığı homojen ve standardında belirtilen değerlerde olacaktır.

2.5. Tüplerin, iç yüzeyleri çok iyi temizlenecek, pas, kir, tufal bulunmayacaktır.

2.6. Tüpler standardında belirtilen renkte boyanacaktır.

2.7. Tüplerin tamamı yeni tarihli kullanılmamış olacaktır.

2.8. Tüpler boyalı ve boş olarak teslim edilecektir.

2.9. Tüplerin işletme ve deney basınçları 230/345 bar olacaktır.

2.10. Tüp imalatçısı firma, 2010/35/EC Modül B+IS sertifikaları ile, tüpe ait Test Sertifikalarını malla birlikte bir dosya halinde teslim edecektir.

2.11. Tüpler onaylanmış kuruluş (TÜV) 0036 ve "p" markalı olacaktır.

Yrd. Doç. Dr. Serrih Zeki ULUDAĞ
Kadın Hast. ve Doğum AD. Öğretim Görevlisi
Dip. No: 2456 - Dip. Tes. No: 109514
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri