

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
05 /07/2018

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi TEKNİK BAKIM ELEKTRONİK ATÖLYESİ (KLİNİK ECZANE) ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
İşletme Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	ISI NEM ÖLÇER TEMİNİ	3 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
	BİLGİ İÇİN ELEKTRONİK ATÖLYESİ : HÜSEYİN DEMİR		
	TEL: 0 352 207 66 66 DAHİLİ: 20087		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMEYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALİ OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILİ OLMALİ.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALİ		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALİ		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTİR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTİR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 16/07/2018 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
ISI NEM ÖLÇME SİSTEMLERİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Erciyes Üniversitesi Hastanelerinde *Eczane AD'da kullanılmak üzere ısı ve nem ölçme cihazı* satın alımı yapılacaktır.

Madde 1: Sistemin Altyapı Elemanları

S.No	Malzeme Cinsi	Miktarı
1	Isı nem ölçer	3 Adet

ÖZELLİKLERİ:

- Büyük karakterli LCD ekran
- Çok fonksiyonlu
- Düşük güç tüketimi
- Yüksek stabilite ve doğruluk
- İç ve dış sıcaklık göstergesi, kapalı nem göstergesi
- Sıcaklık birimi ° C / ° Değiştirilebilir
- MAX / MIN değerinin sıcaklık ve nem hafızası
- Zaman gösteriminin 2 modu: 12h / 24h
- Her saatte işaretleme işlevi
- Günlük alarm fonksiyonu
- Takvim görüntüleme işlevi
- Hafta görüntüleme fonksiyonu
- Saat, tarih, ay takvimi, Gregoryen takvim otomatik değiştirme fonksiyonu bulunmaktadır. (sadece tipik modeller için)
- Dahili sıcaklık sensörü, 5 saniye içinde otomatik olarak iç ortam sıcaklığını ve nemi gösterir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:


- Ekran Boyutu: 4.0 - 6.9 inç
- Görüntü Türü: Dijital
- Model Numarası: HTC-1
- Teori: Sıcaklık sensörü
- Kullanım şekli : Ayakta ve Duvara Asılı
- Güç kaynağı: 1.5V (AAA boyutu)
- Max Ölçüm Sıcaklığı: 49°C ve Altı
- Sıcaklık aralığı: -10 ° ~ 50 ° 14 ° ~ 122 °
- Nem Aralığı: % 10 RH ~ % 99 RH
- Hassasiyeti: % 10 bağıl nem
- Zaman göstergesi: 12 / 24 saat

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, 38039 – KAYSERİ

Tel : (0) 352 437 92 03 / 20094

Fax : (0) 352 437 52 88

tfh@erciyes.edu.tr

e-mail : 

- Tarih / Saat / hafta / saniye ekranını değiştiriniz.
- Değiştirilebilir ekran
- Ekran Çözünürlüğü: 0.1 °; Hassasiyet: $\pm 2^\circ$
 - Ürün Ölçüsü: 100 * 110 * 21 (mm)

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Hüseyin DEMİR

Elektronik Teknikeri

642083
28.03.2005