

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
26/07/2018

Üniversitemiz Tıp Fakültesi (NEFROLOJİ - HİMODİYALİZ ÜNİTESİ) bölümünün ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen (ÇEK VALF) malzeme ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
Döner Ser. İşletme Müd. Yrd.

S.no	NEFROLOJİ - HEMODİYALİZ ÜNİTESİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	ÇEK VALF (Colder Check Valve)	13 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFALARDADIR.		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **02/08/2018** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ



Sayı :
Konu : Malzeme Talebi Hk.

- 32 -

17/07/2018

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzeme / hizmete servisimizce ihtiyaç vardır.
Satın alınmasına müsaadelerinizi arz ederim.
(Nefroloji Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi 4.(dördüncü) katta kullanılmak üzere)

AD Başkanı / Ünite Amiri
Doç.Dr.Murat SİPAHİOĞLU
Nefroloji Bilim Dalı Başkanı

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANI

Sıra No	Depo Malzeme Kod Numarası	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Birimi	Miktarı
1	150.13-05.06-01.01.001.				Colder Check Valve	ADET	13
2					Çek Valf		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

Depo Memuru :
Mevcudu : Var () Yok ()

Onur KAPLAN
Tasınır Kayıt Yetkilisi
E.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi


OLUR
22.7.18
BAŞHEKİM

Değerlendirme Komitesi Başkanı
Doç. Dr. İsmail KOCYİĞİT
Planlama ve Satınalma
Değerlendirme Komitesi Başkanı

- * Malzeme isteklerinde teknik şartnamenin eklenmesi zorunludur.
- * Depo malzeme kod numarası depo görevlisinden alınacaktır.
- * İlk defa alınacak malzemeler için gerekçeli rapor eklenecektir.
- * Hastalar için yapılan malzeme isteklerinde SUT bilgilerinin doldurulması zorunludur

COLDER CHECK VALVE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1-Ürünün Check Valve özelliği olmalıdır.
- 2- İki parçadan oluşmalıdır.
- 3-Birbirinden ayrıldığında kesinlikle sızıntı, damlama oluşmamalıdır.
- 4-Ürün Avrupa farmokopisi standartlarına göre diyaliz saf suyunda kullanıma uygun olmalıdır.
- 5-Ürün üzerinde krom, metal vb. hiçbir şey olmamalıdır.
- 6-Ürün aksamı kesinlikle plastik olmalıdır.
- 7- Seçim aşamasında teklif veren firmadan bir adet numune istenecektir.
Seçim numuneye göre denenip yapılacaktır.


Doç. Dr. Murat S. DAHIOĞLU
Nefroloji Bilim Dalı
Diy. Tes. No: 86270
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri