

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
25/09/2018

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastaneleri (ACİL AD.) bölümünün ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen (AMBULANS SEDYESİ) malzeme ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
Döner Ser. İşletme Müd. Yrd.

S.no	ACİL AD.	Miktarı	Birim fiyatı
1	AMBULANS SEDYESİ	1 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADADIR.		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMEYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 02/10/2018 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ



Sayı : B.30.2.ERC.0.01.00.01/
Konu : Malzeme Talebi Hk.

17.09.2018

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzeme / hizmete servisimizce ihtiyaç vardır.
Satın alınmasına müsaadelerinizi arz ederim.

AD Başkanı / Ünite Amiri

Ayhan ÖZALP
Hastane Müdür Yardımcısı

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANI

19.8.18

Sıra No	Depo Malzeme Kod Numarası	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Birimi	Miktarı
1	255.01.05.07.04.01.001				Ambulans sevgeleri	bir	1
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

Depo Memuru :
Mevcutu : Var () Yok ()

OLUR
...../...../20....

BAŞHEKİM

- * Malzeme isteklerinde teknik şartnamenin eklenmesi zorunludur.
- * Depo malzeme kod numarası depo görevlisinden alınacaktır.
- * İlk defa alınacak malzemeler için gerekçeli rapor eklenecektir.
- * Hastalar için yapılan malzeme isteklerinde SUT bilgilerinin doldurulması zorunludur.

38039 Melikgazi-KAYSERİ

Tel: 0 352 207 66 66

Faks: 0 352 437 52 73

e-mail: tfh@erciyes.edu.tr

AMBULANS ANA SEDYESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Sedye, TSE, TSEK, ISO veya uluslar arası kabul görmüş standartlardan birine sahip olmalıdır ve teklifte belgelendirilmelidir. Ambulans araçlarında ve hastane içerisinde kullanıma uygun olmalıdır.

Sedye, aşağıda belirtilen özellikleri karşılamalıdır;

- Sedye üzerinde; sedyenin seri numarası, imalat tarihi, tipi, CE ibaresi, üretici firmanın unvan ve adres bilgilerinin yer aldığı ürün etiketi bulunmalıdır.
- Özel alaşımlı alüminyum borulardan ve değişebilir enjeksiyon dökümlerden oluşmalı, elektrostatik toz boya ile boyanmış olmalıdır.
- Sedye, Uzunluk en az 1900mm. Yükseklik (kapalı) en fazla 350mm. Yükseklik (açık) en fazla 900mm. Genişlik en az 550mm. ebatlarında olmalı ve en az 160 kg. taşıma kapasitesine sahip olmalıdır. Sedye ağırlığı en fazla 40 kg. olmalıdır. (Araç marka ve modellerine göre ebatlar değişiklik gösterebilir)
- Sedye, mevcut el kilit kolu çekilerek araç içine doğru itilince ayakları katlanmalı ve sedye yüklenmelidir. Sedye araç dışına doğru çekildiğinde de ayaklar kendiliğinden açılmalıdır. Bu sistem ile sedyenin bir kişi tarafından rahatlıkla ambulansa yüklenmesi ve ambulandan çıkartılması sağlanmalıdır.
- Araç (ambulans) içi kullanımlarında, yüklendiğinde hasta bölmesi tabanına veya sedye platformuna yerleştirilmiş, deforme olmayan emniyetli bir kilit sistemiyle önden ve arkadan bağlanabilir olmalıdır.
- Sedye ayakları minimum 125 mm. çapında tekerleklerle donatılmış olmalı, ön taraftaki tekerlekler sabit olmalı ve kilit mekanizması bulunmalıdır.
- Sedye baş kısmı ayarlanabilir olmalı ve en az 5 kademede sabitlenmelidir. Ayrıca üst ana gövde iki yanında korkuluk bulunmalı ve bu korkuluklar içe ve dışa katlanabilmelidir. Korkuluk yükseklikleri en az 200 mm olmalıdır.
- Sedye baş kaldırma ve üst gövde kısmı CPR uygulamasına imkan vermek için ABS malzeme ile tamamen kaplanmalıdır.
- Sedye şiltesi İçerisi sünger ve üzeri su geçirmeyen, leke tutmayan, bakteriyostatik, ateşe dayanıklı presli materyallerle kaplanmalı, uygun kalınlık ve esneklikte olmalıdır.
- Ayarlanabilir serum askısı verilmeli ve ana sedyeye monte edilebilmelidir.
- Sedye üzerinde yatan hastayı emniyete almak için 2 adet düz ve 1 adet omuz tipi olan emniyet kemeri bulunmalıdır.
- Sedye ile birlikte; teslimat aşamasında sedyeyi oluşturan aparatların listesinin bulunduğu, pratik kullanımının belirtildiği kullanma kılavuzu verilmelidir.
- Sedye, imalat hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olmalı ve 10 yıl süre ile yedek parça temin garantisi verilmelidir.
- Sedyenin ayak kısmı kaldırılabilir olmalıdır.
- Teklif edilecek sedye, EN 1789 standardında belirtilen 10G çarpma sertifikasına ve test raporuna sahip olmalı ve bu belgeler teklif ile birlikte verilmelidir.

Emine BİRGÖL
Paramedik