

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
10/10/2018

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi RADYOLOJİ A.D ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
İşletme Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	DİKTE CİHAZI	2 ADET	
2	KULAKLIK	2 ADET	
3	AYAK PEDALI	2 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALİ OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILİ OLMALİ.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALİ		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZİ İLE YAZILMALİ		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEMEYECİ CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTİR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKİ VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASİ HALİNDE, İŞ SAĞLIĞİ GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTİR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 17/10/2018 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

Dijital Dikte Sistemi Teknik Şartnamesi

A) Dikte sistemi, dijital sistem olup, doktorun raporları dikte edeceği (okuyacağı) 5 adet el tipi kayıt ünitesi ile sekreterlerin kullanacağı, 5 adet ayak pedalı, stereo kulaklıktan oluşacaktır.

I) Vazgeçilmez Tıbbi ve Teknik Özellikler.

- 1) Dikte sistemi, doğrudan bilgisayara bağlanan dijital sistem olup, doktorun raporları dikte edeceği el tipi kayıt ünitesi ile gerekli sürücü yazılımlarını içeren CD lerden oluşacaktır.
- 2) Cihaz, tek elle kullanıma uygun olup, dikte ve bilgisayar kullanımı için gerekli olan fare özelliklerine sahip tuşları içerecektir. Cihaz ile ses kayıt işlemi yapılırken üzerinde mevcut döner düğme ile bilgisayar faresi gibi işlev görüp, tüm seçenekler seçilip kumanda edilebilecektir.
- 3) Cihaz ile kayıt edilen ses dosyalarına dijital olarak işlemek için gerekli yazılım PACS içerisinde bulunacaktır. PACS'a entegre edilebilmesi için gerekli yazılımlar ücretsiz verilecektir ve bu entegrasyonu kurum kendisi veya PACS firması yapacaktır.
- 4) Cihaz, bilgisayara bağlı iken bilgisayarın faresinden bağımsız olarak fare gibi kullanılma fonksiyonuna sahip olacaktır.
- 5) Kayıt cihazı üzerinde aşağıda belirtilen fonksiyon düğmeleri bulunacaktır.
 - a) Mikrofon.
 - b) Talimat LED'i
 - c) EOL (mektubun sonu) / Öncelik
 - d) Hızlı geri sarma
 - e) Yürüt / Duraklat
 - f) Sol fare düğmesi
 - g) Sağ fare düğmesi
 - h) Kaydırma topu
 - i) Hoparlör
 - j) Kayıt LED'i
 - k) Ekle/Üzerine Yaz LED'i
 - l) Kayıt
 - m) Ekle/Üzerine Yaz
 - n) Hızlı ileri sar
- 5) Cihaz, USB kablosuyla PC'ye bağlanacaktır.
- 6) Cihaz "Insert" veya "Overwrite" modu ile kayıt yapabilecektir.
- 7) Kayıt sırasında durum LED'i bulunacaktır.
- 8) Basmalı tuş **STOP** konumuna getirilerek kısa duraklamalar verilebilecek için ve kayda devam etmek için basmalı tuş tekrar **PLAY (YÜRÜT)** konumuna getirmek yeterli olacaktır.
- 9) Cihazlar Hastanemizde mevcut olan raporlama sistemleri ile birlikte kullanılabilir.
- 10) Cihazın ağırlığı en fazla 120 gr, akustik frekans yanıtı 300-7.500Hz ve çıktı gücü > 200 mV olacaktır.
- 11) Raportörler için verilecek ayak pedalı ergonomik yapıda ve en az 3 adet kontrol pedalı olacaktır, beraberinde stereo kulaklık verilecektir.
- 12) Cihazlar fabrikasyon hatalara karşı 1(bir) yıl garantili olacaktır.
- 13) Türkiye temsilcisinin TSE hizmet yeterlilik belgesi olacaktır.

Prof. Dr. Nevzat ÖZCAN
Ankara Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Dip. No: 6-00047
Etiler Tıp Fakültesi Hastaneleri