

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0352) 437 49 20 - Fax : (0352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
15/10/2018

Üniversitemiz Tıp Fakültesi TEKNİK BAKIM KAYNAK ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen (PASLANMAZ KROM ÇELİKTE SOLÜSYON KULLANIM KABI VE ÜÇ ÇEKMECELİ DOLAP YAPILMASI) ihtiyacı vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.




Baki MURATOĞLU
Döner Ser. İşletme Müd. Yrd.

S.no	TEKNİK BAKIM ÜNİTESİ (KAYNAK ATÖLYESİ)	Miktarı	Birim fiyatı
1	PASLANMAZ KROM ÇELİKTE SOLÜSYON KULLANIM KABI (GÖĞÜS VE GENEL CERRAHİ AMELİYATHANESİ)	2 ADET	
	PASLANMAZ KROM ÇELİKTE ÜÇ ÇEKMECELİ DOLAP KADIN DOĞUM AMELİYATHANESİ BEBEK DERLEME ÜNİTESİ)	1 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME VE ÇİZİM EK SAYFADADIR.		
	Bilgi İçin : KAYNAK Atölyesi (Orhan İSKENDEROĞLU veya ALİ CAYMAZ TEL: (0352) 207 66 66 – DAHİLİ : 22428 - 20090		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR		
	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
A	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
B	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
C	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
D	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
G	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR		
I			


NOT : Teklif mektuplarının en geç 22/10/2018 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

SAYI: 817-(10.2018)


ARIZA TEKNİK RAPORU VE İSTEK FORM

CİHAZIN ADI	PASLANMAZ KROM ÇELİKTEN SOLÜSYON KULLANIM KABI VE PASLANMAZ KROM ÇELİKTEN ÜÇ ÇEKMECELİ DOLAP YAPILMASI	ARIZAYI TESPİT EDEN SORUMLU TEKNİK PERSONEL	
		ADI SOYADI	Orhan İSKENDEROĞLU Makine Mühendisi
CİHAZIN MARKASI		İMZA	
		TARİH	03.10.2018
KULLANILDIĞI BÖLÜM	GÖĞÜS CERRAHİ VE GENEL CERRAHİ AMELİYATHANESİ - KADIN DOĞUM AMELİYATHANESİ BEBEK DERLEME ÜNİTESİ		
Cihaz hakkında açıklama: Hastanemiz Göğüs Cerrahi ve Genel Cerrahi Ameliyathanelerinde bronkoskopi aletlerinin içerisine solüsyon konularak dezenfekte edilmesi için 2 adet paslanmaz krom çelikten, kapaklı ve altında tahliyesi bulunan solüsyon kullanım kabı ve Kadın Doğum Ameliyathanesi içerisindeki bebek derleme ünitesine 1 adet paslanmaz krom çelikten üç çekmeceli dolap yaptırılması işi atölyemiz imkanlarıyla mümkün olmamasından dolayı firma tarafından yapılması gerekmektedir.			
ÜST YAZI TARİH/ NO			
FİRMANIN ADI VE GİDİŞ TARİHİ			
TEKNİK BAKIM ONARIM ÜNİTESİ		E.Ü. HASTANELERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ	
ADI SOYADI	Mustafa MEMİŞ Hastane Müdür Yrd.	ADI SOYADI	Özcan ÖZYURT Hastaneler Başmüdürü
İMZA		İMZA	
TARİH	03.10.2018	TARİH	03.10.2018
		ONAY/...../2018 BAŞHEKİM 	

2 ADET



1 ADET



GÖĞÜS CERRAHİ VE GENEL CERRAHİ AMELİYATHANESİ SOLÜSYON KULLANIM TEZGAHI TEKNİK ŞARTNAMESİ
2 ADET (DİSTİLE TEZGÂHI)

1. Distile tezgâhı 1.20 mm kalınlığında 304 kalite Cr-Ni malzemeden üretilecektir.
2. Profil ayak 25x25x1.2 mm kutu profilden üretilecektir.
3. Ayak kısımları 75x25 mm frenli tekerler vidalı olarak birleştirilecektir.
4. Tezgâhın alt kısmında tahliye gideri olacak ve yarım parmak küresel vana kullanılacaktır.
5. Tezgâh sızdırmaz halde olacaktır.
6. Tezgâhın üst kapağı menteşeli ve kulplu olacaktır. Kapak kulpu 'D' kol olacaktır.

KADIN DOĞUM AMELİYATHANESİ BEBEK DERLEME ÜNİTESİ KAPAKLI DOLAP TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 ADET

1. Tezgâh 1.20 mm kalınlığında 304 kalite Cr-Ni malzemeden üretilecektir.
2. Tezgâh ayak kısımları 30x30x1.2 mm kutu profilden yapılacaktır.
3. Ayarlanabilir ayaklar kullanılacaktır.
4. Dolap kapakları tarım ay kulplar takılacaktır.
5. Dolap iki(2) raflı olacaktır.

Orhan İSKENDEROGİ
İş Güvenliği Uzmanı
A Sınıfı Belge No: 121900
ERÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi