

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0352) 437 49 20 - Fax : (0352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
21/11/2018

Üniversitemiz Tıp Fakültesi TEKNİK BAKIM KAYNAK ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen (CERRAHİ LAVABO YAPILMASI) ihtiyacı vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
Döner Ser. İşletme Müd. Yrd.

S.no	TEKNİK BAKIM ÜNİTESİ (KAYNAK ATÖLYESİ)	Miktarı	Birim fiyatı
1	CERRAHİ LAVABO YAPILMASI TEMİN VE MONTAJ (KALP DAMAR CERRAHİ AMELİYATHANE)	3 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADADIR.		
	Bilgi İçin : KAYNAK Atölyesi (Orhan İSKENDEROĞLU veya ALİ CAYMAZ		
	TEL: (0352) 207 66 66 – DAHİLİ : 22428 - 20090		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTİR		
I	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTİR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 03/12/2018 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ



Sayı : B.30.2.ERC.0.01.00.01/ 987
Konu : Malzeme Talebi Hk.

13.11.2018

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzeme / hizmete KAYNAK ATÖLYESİ'nin ihtiyacı vardır.
Satın alınmasına müsaadelerinizi arz ederim.

AD Başkanı / Ünite Amiri
Mustafa MEMİŞ
Hastane Müdür Yrd.

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANI

Sıra No	Depo Malzeme Kod Numarası	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Birimi	Miktarı
	İŞÇİLİK				LAVABO CERRAHİ YAPILMASI (YIKAMA ÜNİTELERİNİN YENİLENMESİ İŞİ)	KALP DAMAR CERRAHİ AMELİYATHANESİ	3 ADET

TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

Depo Memuru :
Mevcutdu : Var () Yok (*)

Orhan İSKENDER OĞLU
Malzeme Mühendisi

OLUR

...../...../20....

BAŞHEKİM

- * Malzeme isteklerinde teknik şartnamenin eklenmesi zorunludur.
- * Depo malzeme kod numarası depo görevlisinden alınacaktır.
- * İlk defa alınacak malzemeler için gerekçeli rapor eklenecektir.
- * Hastalar için yapılan malzeme isteklerinde SUT bilgilerinin doldurulması zorunludur.

Doğrudan Temini Uygundur.
Dr. Dr. İsmail KOCYİĞİT
Planlama ve Satınalma
Değerlendirme Komisyonu Başkanı

11.11.2018

AMELİYATHANE LAVABO CERRAHİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. El yıkama ünitesi, hekim, hemşire, teknisyen ve tüm ameliyathane personelinin operasyona girmeden önce, üniteye dokunmadan el ve tırnak temizliğini yapmaları için özel tasarlanmış olmalıdır,
 2. Ünitenin tamamı 304 Kalite 18/8 Cr/Ni paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olmalıdır,
 3. Ünitenin evye kısmı en az 1,20 mm ve diğer kaplamaları en az 1,00 mm kalınlığında 304 kalite 18/8 Cr/Ni PVC kaplı paslanmaz çelik sacdan üretilmiş olmalıdır,
 4. Ünitenin iç aksamında sağlam yapıda olması için muhakkak en az 25x25x1,20 mm ölçülerinde 304 kalite paslanmaz çelik kutu profilden üretilmiş şase kullanılmalıdır,
 5. El yıkama ünitesinin evyesi sıçramalara sebep olmayacak derin yapıda olmalıdır,
 6. Ünite tek kişinin kullanacağı şekilde tasarlanmış olmalıdır,
 7. Ünitenin '1/2" bağlantı ölçüsünde bir soğuk ve bir sıcak su girişi olmalı, bu girişlerden giren sabit basınçtaki su, kullanıcının kolaylıkla ulaşip ayar yapabileceği bir termostatik karışım vanası ile istenilen sıcaklıkta akması sağlanmalıdır,
 8. Üniteye opsiyonel olarak basınç regülatörü eklenebilmelidir,
 9. Ünitenin 50 mm çapında gider tesisatına bağlanmak üzere bir adet su gideri olmalıdır,
 10. Ünitenin ön kısmında üç adet diz kontrollü su akışı için ve üç adette diz kontrollü sabun akışı için kapak sistemi olmalıdır,
 11. Üniteye ayrıca su akışını başlatmak ve sonlandırmak için üç kullanıcı için, endüstriyel tip dayanıklı birer fotosel sistemi de olmalıdır,
 12. El yıkama ünitenin su akışı diz darbesi ile veya dirsek tarafından fotosel sisteminin tetiklenmesi ile başlamalı, diz darbesi ile veya dirsek tarafından fotosel sisteminin tetiklenmesi ile su akışı durmalıdır,
 13. Doktor el yıkama ünitesi üzerindeki diz ve fotosel kontrollü su kumandaları mikrodenetleyici tarafından kontrol edilmelidir,
 14. Cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesinde cerrahi el yıkama birincil yöntem olduğundan, klorheksidinli sıvı sabun veya alkol bazlı el dezenfektanları ile cerrahi el yıkama yapılacak ise vaka odasına steril olarak girecek herkes tarafından ellerin günün ilk vakasında 5 dakika, sonraki vakalarda 3-5 dakika aralığında doğru teknik ile yıkanması gerektiğinden her bir bataryadan akan suyun sıcaklığının ve süresinin dönüşümlü olarak izlendiği fotosel gösterge ekranı olacaktır.
 15. Sabun akışı diz ile periyodik baskı uygulandığı sürece akması sağlanmalıdır,
 16. En az 3 lt sabun deposu olmalıdır,
 17. Ünitenin zemine tam ve düzgün temasını sağlayan ayarlanabilir dört adet rotil ayak olmalıdır,
 18. Evye içinde, giderin tıkanmasını korumak amacı ile ızgara bulunmalı, bu ızgara temizlik esnasında kolaylıkla çıkartılabilir yapıda olmalıdır,
 19. Üniteye yapılacak servis müdahaleleri esnasında ünitenin yerinden oynatılmaması için, ön kısımda bulunan diz kontrol kapakları kolaylıkla açılıp iç kısma kolay erişim sağlanabilir yapıda olmalıdır,
 20. Ünitenin ölçüleri en az (EnxBoyxxYükseklik) 700 x 750 x 1150mm (±% 20) olmalıdır,
 21. Üretici firmanın ISO 9001:2008 ve ISO 13485:2003 kalite belgeleri olmalıdır,
 22. Üretici firmanın TS 12426 ve TS 13005 Hizmet yeri yeterlilik belgesi olmalıdır,
 23. Montajı yapılacak olan ünite için gerekli olan tadilatlar yükleniciye aittir.
 24. Ünitenin çalışabilmesi için gerekli olan elektrik hattı ve su hattı mevcut altyapıyı etkilemeyecek ve idarenin göstereceği uygun yerden çekilecektir.
- Ünitenin çalışır bir şekilde idare veya bölüm yetkilisine kullanım talimatları anlatılarak teslim edilmelidir.

Orhan İSKENDERÖĞLU
Makine Mühendisi