

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0352) 437 49 20 - Fax : (0352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
14.02.2019

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastaneleri (PATOLOJİ AD.) bölümünün ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen (ÇÖP ÖĞÜTÜCÜ MAKİNESİ) ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
Döner Ser. İşletme Müd. Yrd.

S.no	PATOLOJİ AD.	Miktarı	Birim fiyatı
1	ÇÖP ÖĞÜTÜCÜ MAKİNESİ	2 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADADIR.		
	TEKLİFLE BİRLİKTE KATALOG GÖNDERİLMESİ GEREKİR.		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEMEYECİ CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 26/02/2019 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ



Sayı : B.30.2.ERC.0.01.00.01/2
Konu : Çöp Öğütücü

05.02.2019

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzeme / hizmete servisimizce ihtiyaç vardır.
Satın alınmasına müsaadelerinizi arz ederim.

PATOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKAN

Prof.Dr Figen ÖZTÜRK

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANI

Sıra No	Depo Malzeme Kod Numarası	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Birimi	Miktarı
1	253.03.02.06.01.01.001				Çöp Öğütücü	ADET	2
2							
3							
4							

Depo Memuru :
Mevcudu : Var () Yok ()

OLUR

...../20....

BAŞHEKİM

Değerlendirilmek Üzere Fiyat Alınan
Doç. Dr. İsmail KOCAYİĞİT
Planlama ve Satınalma
Komisyonu Başkanı

- * Malzeme isteklerinde teknik şartnamenin eklenmesi zorunludur.
- * Depo malzeme kod numarası depo görevlisinden alınacaktır.
- * İlk defa alınacak malzemeler için gerekçeli rapor eklenecektir.
- * Hastalar için yapılan malzeme isteklerinde SUT bilgilerinin doldurulması zorunludur.

38039 Melikgazi-KAYSERİ

Tel: 0 352 207 66 66

Faks: 0 352 437 52 73

e-mail: tfh@erciyes.edu.tr

Dök.No: F-BM-003

Yayın Tar.: Ağustos 2002

Rev.No: 05

Rev.Tarih: Ekim 2014

ÇÖP ÖĞÜTÜCÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İşin Konusu =PATOLOJİ LABRATUARI MAKROSKOBİ KABİNİ ÇÖP ÖĞÜTÜCÜ

Makine Özellikleri:

Ürün : Üretici firmanın sanayi sicil belgesi ve kapasite raporu olması zorunludur.

Motor : Minimum 3 Hp, 2,2kw-2900 devir/dak. **Kapasite :** Maksimum saatte 200kg

Cihaz Yüksekliği : Maksimum 51 cm. Evye altına sığmalı

Disk ve Bıçak Sistemi: 316 kalite miknatis tutmayan paslanmaz çelik, iç döner disk ve dış bıçak sistemi olacaktır. **Çalıştırma Butonu:** Cihaz elektrik kutusuna monteli Pünomatik (Hava ile) çalıştırma butonu bulunacaktır.

Makine Tanımı : Cihaz mevcut evye ye takılacak olup cihazın paslanmaya çürümeye karşı sınırsız garantisi olmalı, cihazın üzerinde çalıştırma ve arıza ışığı olmalıdır. Cihaz çalıştığında start ışığı yanmalı arızaya geçtiğinde arıza lambası ve sesli sinyal uyarı tonu olmalıdır. Cihazın elektrik panosu cihaz üzerine monte edilmiş olmalı, cihazın çalıştırma butonu pünomatik düğmeli olmalı, cihazın içine atılmaması gereken cisimlere karşı cihazın üzerine yerleştirilmiş emniyet termik sistemi olmalı, cihaz sıkışma anındamotor mili üzerine yerleştirilmiş manuel çevirme noktası olmalı

Montaj Elemanları: Çöp öğütücünün evyeye montaj elemanları paslanmaz çelik olacak ve ayrıca cihazın kutusunda pünomatik çalıştırma butonu, cihazın montajına uygun fişi ve prizi bulunacaktır.

Garanti, Servis, Kurulum-Devreye Alma ve Diğer Hususlar:

Garanti: Her türlü imalat ve malzeme hatalarına karşı minimum 2 yıl garantili olmalıdır.

Servis Hizmeti: Çöp öğütücünün Kayseri’de yetkili servisi bulunmalıdır

Yedek Parça: Kullanılan malzemelerin en az 10 yıl yedek parça garantisi olmalıdır.

Montaj-Demontaj : Yüklenici firmaya aittir. Alanın özelliği nedeni ile kişisel koruyucu donanımlarını kullanarak demontaj-montaj işlemi gerçekleşecektir.

Teslim Yeri ve Nakliye: Teslim yeri Kayseri Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi olup nakliye ücreti üretici firmaya aittir.

Teslim Süresi: Firma teslim süresini teklif mektubunda açıkça belirtmelidir.

Diğer Hususlar: Yüklenici firma yukarıda belirtilen makine özelliklerini, garanti, nakliye gibi tüm hususları teklif mektubunda tam olarak belirtmeli, kapasite raporu, sanayi sicil belgesini teklif mektubu ile birlikte tarafımıza göndermeli ve teknik şartnameyi imzalamalıdır.

KİMYASAL DAYANIKLILIK : Motor patoloji labratuar ortamlarında kullanılan kimyasal maddelere (formal dehit, doku boyası, alkol) karşı dayanıklı sahip olmalıdır.

AKSESUAR : Koruyucu miknatis ,metal süzgeçte motor montajına dahil edilecektir.

İŞ GÜVENLİĞİ: 6331 sayılı İSG kanunun ilgili maddelerine uyumlu bir şekilde çalışma gerçekleştirilecektir.