

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0352) 437 49 20 - Fax : (0352) 437 52 88

KAYSERİ
22/02/2019

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi (STERİLİZASYON ÜNİTESİ) ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen (BARKOD OKUYUCU) malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
Döner Ser. İşletme Müd. Yrd.

S.n	STERİLİZASYON ÜNİTESİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	BARKOD OKUYUCU EL TİPİ LAZER USB BAĞLANTILI	2 ADET	
	BARKOD OKUYUCU LAZER DATAMATRİX	4 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADADIR.		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR		
	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 28.2.2019 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ



Sayı : B.30.2.ERC.0.01.00.01/
Konu : Malzeme Talebi Hk.

14/02/2019

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzeme / hizmete servisimizce ihtiyaç vardır.
Satın alınmasına müsaadelerinizi arz ederim.

AD Başkanı / Ünite Amiri

Doç. Dr. Mustafa Altay ATALAY

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANI

14/02/2019

Sıra No	Depo Malzeme Kod Numarası	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Birimi	Miktarı
1	255.02.02.01.13.02.001				Barkod Okuyucu(El tipi laser kablosuz Usb bağlantılı barkod okuyucu)	Adet	2
2	255.02.02.01.13.02.001				Lazer Datamatrix Barkod Okuyucu	Adet	2

Depo Memuru :
Mevcudu : Var () Yok ()

OLUR
...../...../20....
BAŞHEKİM

- * Malzeme isteklerinde teknik şartnamenin eklenmesi zorunludur.
- * Depo malzeme kod numarası depo görevlisinden alınacaktır.
- * İlk defa alınacak malzemeler için gerekçeli rapor eklenecektir.
- * Hastalar için yapılan malzeme isteklerinde SUT bilgilerinin doldurulması zorunludur.

38039 Melikgazi-KAYSERİ

Tel: 0 352 207 66 66

Faks: 0 352 437 52 73

e-mail: tfh@erciyes.edu.tr

Dök.No: F-BM-003

Yayın Tar.: Ağustos 2002

Rev.No: 05

Rev.Tarih: Ekim 2014

BARKOD OKUYUCU (EL TİPİ LASER BLUETOOTH KABLOSUZ USB BAĞLANTILI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 650nm (4-10)görülebilir lazer diyod ışık kaynağı ve tek lazer tarama çizgi sayısı bulunmalıdır
- 15-260 mm uzaklığı ve saniyede en az 100 tarama hızı olmalıdır
- Göstergeler mavi, yeşil ve kırmızı led olmalıdır
- Ses tonu ve süresi programlanabilmelidir
- 2.4-2.48 Ghz radyo frekansı bulunmalıdır
- En az 100 metreye kadar varan çalışma uzaklığı bulunmalıdır
- Standart en az 2 metre düz kabloya sahip olmalıdır
- Şarj edilebilir pil ile çalışabilmelidir. Pil tam şarj ile 10 saniyede 1 kez okutma ile en az 24000 okutma yapabilmelidir
- Lazer sınıfı CDRH class II, IEC 60825-1 Class 1 olmalıdır
- Çalışma sıcaklığı 0 derece ile 40 derece ve muhafaza sıcaklığı-20 derece ile+60 derece olmalıdır.Nem oranı yoğunlaşmasız %5-%95 olmalıdır

Doç. Dr. Mustafa Altay ATALAY

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi

Sorumlu Öğretim Üyesi

LAZER DATAMATRIX BARKOD OKUYUCU CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Barkod okuyucunun nişan (odaklama) alma elementi 655 nm görülebilir lazer diyot olmalıdır.
2. Işıklandırma (ışık kaynağı) elementi 625 nm görülebilir led olmalıdır.
3. Teklif edilecek barkod okuyucu tüm standart 1D barkodları ve en az PDF 417 Mikro PDF 417, Data Matrix (ECC 200), Maxi Code, QR Code, Mikro QR Code, Aztec vb. 2D barkodları okuyabilme özelliği olmalıdır.
4. Barkod okuyucusu 2D barkodlarda 6.67 mil, 1D barkodlarda 5 mil çözünürlüğü desteklemelidir.
5. Barkod okuyucusu en az 1,5 metre yükseklikten sert yüzeylere düşmeye dayanıklı olmalıdır.
6. Barkod okuyucusu kişisel bilgisayarlara USB portundan klavye ile ortak kullanımı engellemeyecek şekilde bağlanabilmelidir.
7. Barkod okuyucusu el tipi olmalı ve sabitleme standı olmalıdır.
8. Standı üzerinde olmadanda sürekli modda çalışabilmelidir.
9. Barkod okuyucusu programlanabilme özelliğine sahip olmalıdır. Tetikleme tipi, güç ayarı (power mode), ses tonu ayarlanabilmelidir.
10. Bilgisayar ekranında okuma yapabilmelidir.
11. Barkod okuyucusu odaklama kontrolü (yakın odaklama, uzak odaklama, otomatik odaklama ayarı) yapılabilmelidir.
12. Barkod okuyucu 360° çok yönlü okuma hassasiyetine sahip olmalıdır.
13. Barkod okuyucusu 2 (iki) metre'lik kablo uzunluğu olmalı, bu uzunlukta okuma performans kaybı olmamalıdır.
14. Görüş alanı 40° yatay 25° dikey olmalıdır.
15. USB port üzerinden firmware(program) yüklemesi yapılabilmelidir.
16. Bölümde kullanılan bilgisayarların işletim sistemine uyumlu olmalıdır.
17. Barkod okuyucunun çalışma sıcaklığı -20° / +40°, saklama sıcaklığı -40° / +70° olmalıdır.
18. Barkod okuyucu %5 / %95 nem aralığında çalışabilmelidir.
19. Cihaz en az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.
20. Cihazların kontrol ve muayeneleri cihazı kullanacak bölüm tarafından yapılacaktır.
21. Cihazı kullanacak bölüme değerlendirilmek üzere 2 (iki) adet numune ihale esnasında teslim edilecek ve cihazlar 10 (on) gün süreyle kullanılacak. Cihazın uygunluğu ve seri okuma hızı bölümün kontrolünden sonra karar verilecektir.
22. Numunesiz teklifler değerlendirilmeyecektir.

Doç. Dr. M. Altay ATALAY
M.S.Ü Sorumlu Öğretim Üyesi