

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
27/02/2019

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi EV İDARESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
İşletme Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	HASTA YATAĞI KORUYUCU KILIF	200 ADET	
2	SEDYE SÜNGERİ KORUYUCU KILIF	150 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
	BİLGİ İÇİN ARZU ASİYE DEMİRKOL		
	TEL: 0 352 207 66 66 DAHİLİ : 20022		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
J	FIRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 11/03/2019 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

ŞİLTE YATAK KILIFI TEKNİK ŞARTNAME

1. Şilte Yatak kılıfı kalite standartlarında üretilmiş olmalıdır.
2. Yüksek oranda sıvı absorbe edebilmelidir.
- 3.Yatak kılıfı, yatak ile uyum sağlamalıdır.
4. Yatak kılıfı herhangi kimyasal sıvı,kan,sıvı solüsyonlar v.b. geçirmez özelliği olmalıdır.
5. Teklif verdikleri yatak kılıfı teklifle beraber birer numune getireceklerdir.
6. Tüm kumaş TSE , TSEK veya uluslar arası geçerliliği olan kalite belgelerinden herhangi birisi de ihale dosyası ile birlikte verilecektir.
- 7.Yatak kılıfı gözenekli bir yapıya ve nefes alma özelliğine sahip olmalı, hastayı terletmemeli
- 8.Yatak kılıfının dış yüzeyi kolay çıkarılabilmesi için en az bir uzun kenarı boyadan fermuarlı olmalıdır. Fermuar sıvı geçirgenliğine karşı dirençli olmalıdır. Kılıfta bulunan kapaklı fermuar yapısı sayesinde sıvının fermuar sisteminden nüfus etmesi engellenmelidir.
- 9.Yatak kılıfı iki yıl garantili olmalıdır.
- 10.Kılıf en az 70 derece de yıkanabilmelidir.
- 11.Sedye şiltesi 190x85x(+2)ölçüde.12 cm(+2)kalınlıkta olmalıdır.

SEDYE ŞİLTE YATAK KILIFI TEKNİK ŞARTNAME

1. Şilte Yatak kılıfı kalite standartlarında üretilmiş olmalıdır.
2. Yüksek oranda sıvı absorbe edebilmelidir.
- 3.Yatak kılıfı, yatak ile uyum sağlamalıdır.
4. Yatak kılıfı herhangi kimyasal sıvı,kan,sıvı solüsyonlar v.b. geçirmez özelliği olmalıdır.
5. Teklif verdikleri yatak kılıfı teklifle beraber birer numune getireceklerdir.
6. Tüm kumaş TSE , TSEK veya uluslar arası geçerliliği olan kalite belgelerinden herhangi birisi de ihale dosyası ile birlikte verilecektir.
- 7.Yatak kılıfı gözenekli bir yapıya ve nefes alma özelliğine sahip olmalı, hastayı terletmemeli
- 8.Yatak kılıfının dış yüzeyi kolay çıkarılabilmesi için en az bir uzun kenarı boyadan fermuarlı olmalıdır. Fermuar sıvı geçirgenliğine karşı dirençli olmalıdır. Kılıfta bulunan kapaklı fermuar yapısı sayesinde sıvının fermuar sisteminden nüfus etmesi engellenmelidir.
- 9.Yatak kılıfı iki yıl garantili olmalıdır.
- 10.Kılıf en az 70 derece de yıkanabilmelidir.
- 11.Sedye şiltesi 190x60x(+2)ölçüde.12 cm(+2)kalınlıkta olmalıdır.

