

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
18.03.2019

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi HEMATOLOJİ – ONKOLOJİ AFEREZ ÜNİTESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
İşletme Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	DİK TİP -86 DERİN DONDURUCU	2 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME İKİNCİ SAYFADADIR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 19/03/2019 günü saat 16:00'ya kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

DİK TİP -86 DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Cihazın iç hacmi en az 500 litre olmalıdır.
- 2- Cihazın dış kapısı anahtar ile kilitlenebilir olmalıdır.
- 3- Cihaz ortam ısısı +30 derece ile – 86 derece arasında soğutma yapılmamalıdır.
- 4- Cihaz sıcaklık aralığı -50 ile -90 aralığında olmalı ve -50 ile -86 derece sıcaklıkla kontrol edilmelidir.
- 5- Cihaza 2 adet iç kapak ve en az iki bölüme sahip olmalıdır.
- 6- Cihaz pt 1000 derece sıcaklık sensörüne sahip olmalıdır.
- 7- Cihaz boyanmış çelik iç ve dış yapıya sahip olmalıdır.
- 8- Cihazın yalıtım kalınlığı 80 mm fazla olmamalıdır.
- 9- Cihazın 2 adet kompresöre sahip olmalıdır.
- 10- Cihazın dokunmatik tuşlarında oluşan kontrol panelline sahip olmalıdır.
- 11- Cihazın güç kesintisi,yüksek sıcaklık,düşük sıcaklık ve kapı açık için sesli alarmı olmalıdır.
- 12- Dolabın sıcaklığında sapma olduğunda kullanıcıyı uyaran sesli ve ışıklı alarm sistemi olmalıdır. Cihazın yüksek ve düşük sıcaklık alarmı ayar noktasında 15 derece ile 20 derece ayarlanabilir olmalıdır.
- 13- Cihazda 2 ile 3 dk arasında ayarlanabilen kapı alarmı gecikme zamanını değiştirme özelliği bulunmalıdır. Böylece kullanıcı kapı alarmını devreye girme süresine istediği zamana göre ayarlayabilmelidir.
- 14- Cihaz uzak alarm çıkışına sahip olmalıdır. Opsiyonel olarak alınabilecek telefonunu arama modülü ile uzak alarm işlevsel hale getirilebilmelidir.
- 15- Cihazda 2 ile 3 dk arasında ayarlanabilen kompresör gecikme zamanını değiştirme özelliği bulunmalıdır.
- 16- Hareket kolaylığı için cihazın altında en az 4 adet tekerlek ve sabitlemek için en az 2 adet sabitleme cihazı olmalıdır.
- 17- Dolap fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz takip eden 10 yıl için ücreti karşılığında yedek servis garantisine sahip olmalıdır.
- 18- Cihaz 5 yıl kompresör garantisine sahip olmalıdır.
- 19- Alarm sesini susturmak için buzzer bulunmalıdır. Alarm durumu devam ediyor ise hatırlatma süresi ayarlanabilir olmalıdır
- 20- Cihazın içerisine maximum miktarda hücre koyabilmek için cihaz içerisindeki hava sirkülasyonunu etkilemeyecek raf sistemi olmalı (15cm x 27cm x1 cm) ölçülerinde çekmece sistemi bulunmalıdır.

Prof. Dr. Seyla KAYNAK
Hematoloji Bilim Dalı
Dip Tes No: 84121-52125-109556
Erçiyas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri