

T.C.  
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ  
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ  
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ  
SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00  
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ  
06/05/2019

Üniversitemiz Tıp Fakültesi KBB BÖLÜMÜ (ESMA ÜLGER) bölümünün ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

BAKİ MURATOĞLU  
İŞLETME MÜD. YRD.

| S.no | malzemenin cinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Miktarı | Birim fiyatı |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 1    | BAHA İMPLANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 ADET  |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |              |
|      | <b>NOT: EKTEKİ BELGENİN DE DOLDURULURAK İMZALI VE KAŞELİ BİR ŞEKİLDE TEKLİF VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR!</b>                                                                                                                                                                                                                      |         |              |
|      | Aşağıdaki açıklamaları dikkate alarak teklif vermeniz önemle rica olunur.                                                                                                                                                                                                                                                     |         |              |
| 1    | Teklif mektupları firma başlıklı kağıtlara yazılacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |              |
| 2    | Zamanında verilmeyen, açık adres, kaşe ve imza olmayan, silinti ve kazıntı olan teklifler değerlendirilmez.                                                                                                                                                                                                                   |         |              |
| 3    | Teklif zarfları kapalı olmalı ve teklif konusu zarfın üzerine yazılı olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                               |         |              |
| 4    | <b>TEKLİF MEKTUPLARINA HASTA ADI VE ÜRÜN BARKODU YAZILMALIDIR.</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |
| 5    | İstekli firmalar; sosyal güvenlik kurumunun yayınlamış olduğu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) hükümlerine göre teklif etmiş oldukları malzemeler ile ilgili, malzemenin ek-3 listesinde olup olmadığını, <b>malzemenin Ek-3 listesinde olması durumunda, SUT kodunu firma orijinal antetli kağıda yazarak bildireceklerdir.</b> |         |              |
| 6    | Teklif edilen ürünlerin, markası ve ambalaj şekli yazılmalıdır. Teklif edilen ürünlerin, birim fiyatı rakam ve yazı ile yazılmalıdır.                                                                                                                                                                                         |         |              |
| 7    | Teklif edilen ürünlerden, teklif mektubu ile birlikte numune getirilecek numunesi getirilemeyecek cihazlar için katalog gönderilecektir.                                                                                                                                                                                      |         |              |
| 8    | Sipariş edilen malzemeler depoya teslim edilirken, kesilen faturanın üzerinde malzemelerin barkod kodları bulundurulmalıdır.                                                                                                                                                                                                  |         |              |
| 9    | Satınalma konusu olan malzemeler; Şu anda hastanemizde yatarak tedavi gören hastalara kullanılacağı için acilen temin edilmesi gerektiğinden, teklif mektubunun 1 GÜN içerisinde verilmesi, malzemelerin de en geç 2 GÜN içerisinde teslimi sağlanacaktır.                                                                    |         |              |
| 10   | Ödeme sırasının ve gününün belirlenmesinde; Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 22. maddesi hükümleri uygulanacaktır.                                                                                                                                                                                 |         |              |
| 11   | Bu ilan tarihinden önceki son 1 (bir) yıl içerisinde, İdaremizin yapmış olduğu doğrudan temin alımlarında, taahhütlerini layığı ile yerine getirmediği tutanak ile tespit edilen isteklilerin, teklifleri kabul edilmeyecektir.                                                                                               |         |              |
| 12   | Fatura tarihinden ödemeye kadar geçen süre içerisinde firmalar vade farkı ya da faiz talep etmeyeceklerdir                                                                                                                                                                                                                    |         |              |

NOT : NOT:SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI'NIN 26.11.2015 TARİHLİ DUYURUSUNDA,

‘Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydının yapılamamağı, ilgili firmalarca eşleştirme yapılmayan veya yeni imal-ithal edilen ürünlerin, MEDULA sistemine tanımlanabilmesi için, ilgili firmalarca anı Kurumun hazırlanmış olduğu Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslara göre ürün eşleştirme işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur. İdaremizce; Eşleştirilen ürünlerin tamamen firmaların beyanı esas alınarak Medula sistemine kaydedilmiş olması sebebi ile yanlış eşleştirme olduğunun herhangi bir tespit edilmesi halinde oluşan zararlar firmalardan tazmin edilecektir. İdaremizce; bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün, satın alındığı tarih itibarıyla TİTUBB sisteminde ‘Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)’ durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de Medula sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.’ Hususları belirtilmiştir.

İdaremizce istekli firmalarca sunulan tekliflerin değerlendirilmesi için, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 26.11.2015 tarihli duyurusunda belirtilen esaslar dikkate alınarak tekliflerin sunulması gerekmektedir.

Teklif mektuplarının en geç 07/05/2019 saat:13.00 e kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi’ne bırakılmasını rica ederim. e-mail yoluyla gönderilen kabul edilmemektedir.


| Sıra No | SUT Kodu | SUT Adı | SUT Fiyatı | Malın veya Hizmetin Cinsi | Birimi | Miktarı |
|---------|----------|---------|------------|---------------------------|--------|---------|
|         |          |         |            |                           |        |         |
|         |          |         |            |                           |        |         |
|         |          |         |            |                           |        |         |
|         |          |         |            |                           |        |         |

## **KEMİĞE MONTE İŞİTME CİHAZI VE AKSESUARI**

**(Cerrahi ile verleştirilen iç parça) (Sut Kodu: KB1025)**

### **İmplant Teknik Özellikleri:**

- 1) Ameliyatla kemiğe takılan implant saf titanyum olmalıdır.
- 2) Ameliyatla kemiğe takılan titanyum implantın, 3mm ve 4mm olmak üzere iki uzunluk seçeneği bulunmalıdır.
- 3) İmplant çapı 4,5 mm olmalıdır.
- 4) İmplant, osseoentegrasyonun daha sağlam ve hızlı gerçekleşmesi için Tioblast yüzeye sahip olmalıdır.
- 5) Hasta ve doktorun tercihine göre; titanyum implant, hem abutment hem de mıknatıslı sistemle kullanılabilir olmalıdır. Ayrıca gerektiği durumlarda iki sistem arası geçiş yapılmasına olanak sağlamalıdır.
- 6) Titanyum implant, 3 Tesla MR'a uyumlu olmalıdır.
- 7) İmplant ameliyatı sırasında kullanılan özel cerrahi kit firma tarafından temin edilmelidir.


  
Yrd. Doç. Dr. M. İlhan ŞAHİN  
Kulak Burun Boğaz Hast. A.D.  
Dip. Tes. No: 137898  
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri



## **KEMİĞE MONTE İŞİTME CİHAZI VE AKSESUARI**

**(İç parça ile dış parça arasındaki aktarıcı sistem ve bileşenleri) (Sut Kodu: KB1024)**

- 1) Farklı endikasyon ihtiyaçlarına göre aktarıcı sistem olarak hem abutment, hem de mıknatıslı sistem seçeneği bulunmalıdır
- 2) Abutment Sisteminde aşağıdaki özellikler bulunmalıdır:
  - a) 6mm, 8mm, 10mm ve 12mm olmak üzere 4 ayrı boyutta olmalıdır.
  - b) Enfeksiyonu asgariye indirmek için abutment Hydroxyapatite kaplamalı olmalıdır.
  - c) 3 Tesla MR'a uyumlu olmalıdır.
- 3) Mıknatıslı Sistemde aşağıdaki özellikler bulunmalıdır:
  - a) Pasif tutucu iç mıknatısın iki ucunda iki ayrı ters kutup olmalıdır
  - b) 1,5 Tesla MR'a uyumlu olmalıdır.
- 4) Ameliyat sırasında ve sonrasında ihtiyaç halinde gerekli destek, firma kendi bünyesindeki uzman klinik veya eğitim odyologları tarafından destek sağlamalıdır.
- 5) İmplant ameliyatı sırasında kullanılan özel cerrahi kit firma tarafından verilmelidir.

  
Yrd. Doç. Dr. M. İlhan ŞAHİN  
Kulak Burun Boğaz Hast. A.D.  
Dip. Tes. No: 137898  
Erdiyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri